



Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG4/2026
din 14.01.2026

**pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind condițiile de igienă pentru prestatorii
de servicii medicale**

Publicat : 24.02.2026 în MONITORUL OFICIAL Nr. 92-95 art. 74 Data intrării în vigoare

În temeiul art. 6 alin. (2) din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale (se anexează).

2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 663/2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condițiile de igienă pentru instituțiile medico-sanitare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 131-134, art. 746), cu modificările ulterioare.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Sănătății.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea termenului de o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PRIM-MINISTRU Alexandru MUNTEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătății Emil Ceban

Nr. 4. Chișinău, 14 ianuarie 2026.

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.4/2026

REGULAMENT SANITAR

privind condițiile de igienă pentru prestatorii

de servicii medicale

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul sanitar privind condițiile de igienă pentru prestatorii de servicii medicale (în continuare - *Regulament*) stabilește cerințele pentru amplasarea, amenajarea, utilizarea, întreținerea și exploatarea edificiilor medicale, precum și pentru controlul infecțiilor în cadrul acestora.

2. În sensul prezentului Regulament, se aplică definițiile prevăzute în Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, în Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, precum și următoarele noțiuni:

2.1. *edificiu medical* - clădire și spațiu cu destinație nelocativă utilizată de către prestatorii de servicii medicale;

2.2. *încăperi medicale de bază* - spații în care se desfășoară activități medicale directe, cum ar fi: cabinete de consultații, saloane, săli de tratamente, săli de proceduri, laboratoare, săli de intervenții. Acestea trebuie să respecte normele igienico-sanitare și funcționale prevăzute în prezentul Regulament;

2.3. *încăperi medicale auxiliare* - spații de sprijin indispensabile pentru funcționarea unui sector medical, care nu presupun contact direct cu pacientul, dar contribuie la asigurarea igienei, funcționalității și logisticii;

2.4. *dispozitiv de unică folosință* - dispozitiv destinat unei singure utilizări pe parcursul unei singure proceduri la un pacient; acesta este marcat cu simbolul pictogramă specifică (un cerc în care se află cifra 2 tăiată cu o linie oblică);

2.5. *dispozitive medicale reutilizabile* - dispozitive care sunt destinate utilizării multiple, necesită curățare, dezinfecție și sterilizare înainte de fiecare reutilizare, trebuie întreținute și exploatate conform instrucțiunilor producătorului;

2.6. *sală de curățare/decontaminare* - încăpere unde are loc curățarea și dezinfecția instrumentarului după utilizare, înainte de procedura de sterilizare. Sala de curățare/decontaminare este dotată cu chiuvete, cu mese de lucru și cu soluții dezinfectante aprobate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (în continuare - *Agenție*);

2.7. *sală de pansamente* - încăpere amenajată în conformitate cu normele sanitare pentru efectuarea pansamentelor și pentru tratamentul leziunilor tegumentare. Aceasta este dotată cu mobilier medical, cu sursă de apă, cu trusă de pansamente sterilă și cu recipiente pentru colectarea deșeurilor periculoase;

2.8. *sală de proceduri* - încăpere destinată desfășurării procedurilor medicale minore (injecții, perfuzii, sondaje, recoltări);

2.9. *sală de sterilizare* - spațiu prevăzut în secțiile cu instrumentar reutilizabil, destinat procesului de sterilizare. Acesta trebuie să asigure fluxul unidirecțional murdar -

curat - steril și să fie dotat cu echipamente adecvate;

2.10. *sală de vaccinare* - încăpere amenajată pentru imunizări, cu spațiu de triaj, cu zonă de vaccinare, cu frigider cu termometru pentru menținerea lanțului frigorific și cu trusă de prim ajutor pentru reacții adverse;

2.11. *salon* - încăpere destinată internării pacienților în cadrul unei secții spitalicești. Poate găzdui unul sau mai mulți pacienți, este echipat cu paturi medicale, cu mobilier adecvat, cu sursă de oxigen și cu sistem de semnalizare medicală, precum și trebuie să corespundă cerințelor sanitare prevăzute de prezentul Regulament;

2.12. *cabinet medical* - unitate sanitară organizatorică de bază, înființată în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice sau private și destinată acordării asistenței medicale primare, specializate sau de urgență, într-un spațiu amenajat corespunzător;

2.13. *secție* - compartiment funcțional dintr-o instituție medico-sanitară publică sau privată, organizat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate unui anumit grup de pacienți (de ex., terapie intensivă, chirurgie generală, pediatrie etc.);

2.14. *secție de spital* - unitate structurală în cadrul unui spital, organizată pentru acordarea asistenței medicale într-un domeniu clinic (secții de spitalizare) sau într-unul funcțional specific (secție de diagnostic funcțional, laborator imagistic);

2.15. *departament de spital* - structură organizatorică ce reunește mai multe secții cu profiluri înrudite;

2.16. *staționar de zi* - formă de asistență medicală organizată în cadrul instituțiilor medicale de tip asistență medicală primară (AMP) sau asistență medicală specializată de ambulatoriu (AMSA), în care pacientul primește tratamente sau investigații într-un interval de până la 24 de ore, fără internare;

2.17. *cabinet medical mobil* - structură medicală mobilă, organizată pe un autovehicul special amenajat (autobuz, rulotă, tir, autoutilitară, furgon carosat, șasiu carosat, camion carosat, cap tractor cu semiremorcă carosată, container, navă, șalupă și ponton mobil), cu dotări minime, care se deplasează în teritoriu împreună cu personalul medical, în vederea acordării serviciilor medicale populației, în special în zonele rurale sau în zonele cu acoperire deficitară cu servicii medicale, atât adulților, cât și copiilor, persoanelor aparținând categoriilor defavorizate, precum și celorlalte persoane;

2.18. *unitate medicală mobilă* - structură medicală mobilă, care cuprinde două sau mai multe cabinete medicale mobile care respectă cerințele sanitare, organizate pe un autovehicul special amenajat (autobuz, rulota, tir, autoutilitară, furgon carosat, șasiu carosat, camion carosat, cap tractor cu semiremorcă carosată, container, navă, șalupă și ponton mobil), cort mobil și construcție ușor demontabilă cu dotări minime, care se deplasează în teritoriu împreună cu personalul medical, în vederea acordării serviciilor medicale populației, în special în zonele rurale sau în zonele cu acoperire deficitară cu servicii medicale, pe o perioadă determinată;

2.19. *curățare* - etapă preliminară obligatorie, permanentă și sistematică în cadrul

oricărei activități sau proceduri de îndepărtare a murdăriei (materie organică și anorganică) de pe suprafețe (inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operații automate sau manuale, utilizându-se agenți fizici și/sau chimici, care se efectuează în instituțiile medicale de orice tip, astfel încât activitatea medicală să se desfășoare în condiții optime de securitate;

2.20. *decontaminare* - proces de neutralizare/îndepărtare a unor substanțe periculoase sau radioactive, inclusiv a încărcăturii microbiene de pe un obiect, o suprafață sau o persoană; etapă importantă în dezinfecție și sterilizare;

2.21. *dezinfecție* - procedură de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici;

2.22. *sterilizare* - proces de eliminare completă a tuturor microorganismelor de pe un obiect sau de pe o suprafață, inclusiv a sporilor bacterieni de pe obiectele contaminate;

2.23. *unități medico-balneare* - instituții medico-sanitare specializate, amplasate pe teritoriul stațiunilor balneare, climatice sau balneoclimatice, care acordă servicii de prevenire, tratament, recuperare și reabilitare prin utilizarea factorilor naturali terapeutici;

2.24. *zone cu semnificație epidemiologică* - spații sau arii funcționale în cadrul instituțiilor medicale în care riscul de transmitere a agenților infecțioși este semnificativ crescut, fie din cauza tipului de activitate medicală desfășurată, fie din cauza naturii patologice a pacienților sau a vulnerabilității acestora, care se determină prin procedura de cartografiere a acestor zone

2.25. *zona mixtă* - zonă urbanistică ce permite coexistența unor funcțiuni diverse, precum locuire, servicii și activități nepoluante, compatibile între ele și conforme cu documentația de urbanism.

3. Proiectele edificiilor medicale, inclusiv ale celor construite sau reconstruite, supuse replanificării, reprofilării, reutilării, se elaborează, se avizează și se coordonează conform prevederilor Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

4. Exploatarea edificiilor medicale, inclusiv a celor construite sau reconstruite, supuse replanificării, reprofilării, reutilării, folosirea temporară a clădirilor și încăperilor pentru amplasarea prestatorilor, precum și activitatea cabinetelor/unităților medicale mobile se efectuează în baza autorizației sanitare de funcționare pentru fiecare adresă de desfășurare a activității eliberate de către Agenție.

5. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament, angajatorii și lucrătorii poartă răspundere disciplinară, contravențională sau penală, conform legislației.

Capitolul II

CERINȚE IGIENICO-SANITARE ȘI DE

INFRASTRUCTURĂ PENTRU AMPLASAREA

ȘI ORGANIZAREA TERITORIULUI EDIFICIILOR

MEDICALE

6. Edificiile medicale pot fi amplasate în zone publice, mixte sau de afaceri, cu condiția respectării distanțelor minime față de sursele de poluare chimică, biologică, radioactivă sau fonică (de ex., căi ferate, aeroporturi, unități industriale), conform normativelor naționale privind protecția sănătății publice, respectând art. 37 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, care reglementează modul de utilizare și de ocupare a terenurilor în strictă conformitate cu documentația de urbanism a localității, a Documentului normativ NCM B.01.05 Urbanism. Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale (în continuare - *NCM B.01.05*) și normativelor naționale privind protecția sănătății publice.

7. Amplasarea edificiilor medicale în spații cu destinație nelocativă din cadrul altor clădiri (publice sau locative) este permisă doar dacă sunt respectate cumulativ următoarele condiții:

7.1. acces separat pentru pacienți și personal;

7.2. funcționare exclusiv ambulatorie pentru specialitățile cu risc redus (stomatologie, medicină specializată: de familie, ginecologică, otorinolaringologie, neurologie, oftalmologie, investigații diagnostice, reabilitare, laborator);

7.3. interdicție de a desfășura activități de dermatovenerologie, infecțioase, tuberculoză, psihiatrie, precum și tratamente pentru adicții.

8. Este interzisă amplasarea pe teritoriul, în incinta sau pe acoperișurile edificiilor medicale a obiectivelor cu altă destinație socială, inclusiv de cult, locativă, comercială sau de producere, precum și a stațiilor de radiocomunicații, cu excepția cazurilor expres prevăzute la punctul 9.

9. Prin derogare de la prevederile punctului 8, se admit, cu respectarea cerințelor de igienă, de siguranță și de funcționalitate, următoarele obiective auxiliare:

9.1. unitățile comerciale pentru articolele de igienă personală, pentru produsele alimentare sau ale presei;

9.2. unitățile de alimentație publică amplasate strict în afara spațiilor medicale;

9.3. automatele bancare (ATM);

9.4. farmaciile.

10. Este interzisă amplasarea edificiilor medicale pe terenuri traversate de magistrale inginerești (de ex., rețele de apă, canalizare, termoficare, electricitate, oleo- și gazoducte), indiferent de nivelul administrativ.

11. Edificiile medicale amplasate în incinta întreprinderilor industriale, în gările auto sau feroviare, în aeroporturi sau porturi, în cluburi, școli și edificii sportive constituie parte integrantă a unităților respective și sunt destinate exclusiv asistenței medicale a persoanelor tangențiale acestora; acestea se autorizează sanitar în conformitate cu Legea

nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice.

12. Edificiile medicale situate în clădiri publice și cu destinație locativă dispun de acces separat pentru pacienți, personal și persoane cu dizabilități și sunt dotate cu rețele edilitare conform normativelor aplicabile.

13. Deșeurile generate ca urmare a proceselor de amplasare, de construcție și de funcționare a instituțiilor medicale, inclusiv cele periculoase, se colectează separat și se gestionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

14. Activitatea de comercializare a produselor alimentare se organizează astfel încât să asigure un flux operațional unidirecțional, evitând încrucișarea fazelor insalubre cu cele salubre.

15. În unitățile cu profil alimentar din cadrul instituțiilor medicale se permite comercializarea produselor doar dacă acestea sunt în ambalajul original al producătorului.

16. Este interzisă comercializarea produselor nealimentare în imediata apropiere de secțiile destinate vânzării produselor alimentare.

17. Prestatorii de servicii medicale asigură delimitarea clară a zonelor funcționale: zone pentru pacienți, zone pentru personal, zone tehnice și logistice, astfel încât să se prevină interferența fluxurilor tehnologice „murdare” și „curate”.

18. Accesul în instituție pentru pacienți, pentru vizitatori, pentru personal și pentru livrări se organizează pe circuite distincte și semnalizate.

19. Edificiile medicale sunt dotate cu sisteme de detecție, de alarmă și de stingere a incendiilor, conforme cu normele de securitate la incendiu și cu planurile de evacuare afișate vizibil pe fiecare nivel, conform cerințelor documentelor normative în construcții NCM C.01.06 - 2007 „Accesibilitatea clădirilor și construcțiilor pentru persoanele cu dizabilități” (în continuare - *NCM C.01.06*) și NCM C.01.12 „Clădiri și construcții publice” (în continuare - *NCM C.01.12*).

20. Instituțiile spitalicești prevăd curți interioare care să contribuie la confortul psiho-emoțional al pacienților, în special pentru secțiile de recuperare, pediatrie și psihiatrie.

21. Toate spațiile spitalului sunt semnalizate vizibil, lizibil și conform codurilor de culoare funcționale, pentru facilitarea orientării pacienților, personalului și vizitatorilor.

22. În proiectarea și exploatarea spitalelor se aplică principii de eficiență energetică, de reducere a consumului de apă și de gestionare responsabilă a deșeurilor, în conformitate cu politicile naționale de mediu și de sănătate publică, conform prevederilor Legii nr. 139/2018 cu privire la eficiența energetică și a documentului normativ NCM M.01.01 „Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”.

23. Construcția și reconstrucția edificiilor medicale se efectuează cu respectarea

integrală a normativelor tehnice în construcție. Spațiile utilizate sunt dotate cu ferestre prevăzute cu plase contra insectelor și cu sisteme de blocare parțială sau totală a deschiderii.

24. Teritoriul instituției medicale este compartimentat funcțional în zone curate și zone tehnico-funcționale (pentru aprovizionare, pentru evacuarea deșeurilor și pentru parcare), cu trasee separate pentru personal, pacienți și vizitatori, astfel încât să fie prevenită contaminarea încrucișată și asigurate condițiile optime pentru controlul infecțiilor.

25. În spațiile verzi ale instituției medicale este interzisă plantarea speciilor vegetale care pot favoriza apariția alergiilor, înțepăturilor, infestărilor cu insecte, păsări sau rozătoare. Proiectarea acestor spații se realizează cu utilizarea plantelor nealergene, ușor de întreținut și compatibile cu mediul spitalicesc.

26. Instituțiile medicale nou-construite sau extinse asigură accesul separat pentru urgențe, vizitatori, personal medical și aprovizionare logistică, precum și zone de decontaminare pentru mijloacele de transport din secțiile cu risc epidemiologic crescut.

27. Accesul în instituția medicală este amenajat astfel încât să respecte normele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, cu asigurarea rampelor, a traseelor tactile, a semnalizării vizuale și acustice, în conformitate cu cerințele normativelor tehnice în construcții aplicabile pe domeniu și cu cele ale standardului european EN 17210:2021.

28. Teritoriul unităților medicale este iluminat pe timp de noapte și dotat cu sisteme de supraveghere video și control al accesului, pentru a garanta securitatea pacienților, personalului și vizitatorilor.

29. Teritoriul edificiilor medicale este îngrădit pe perimetrul teritoriului amenajat, iluminat și întreținut în stare de curățenie permanentă.

30. În cazul instituțiilor medicale multidisciplinare, secțiile de boli infecțioase, dermatovenerologie, obstetrică, pediatrie, psihosomatică și radiologie pot fi amplasate în aceeași clădire cu alte departamente, cu condiția asigurării izolării funcționale și a ventilației independente.

31. Secțiile de tuberculoză se amplasează exclusiv în clădiri sau blocuri separate și dispun de zonă acoperită destinată dezinfectării mijloacelor de transport. Secțiile destinate pacienților cu TB MDR/XDR sunt amplasate preferabil la etajele superioare ale clădirii (ideal etajul 3 sau 4), pentru reducerea riscului transmiterii aerogene către alte secții și pentru optimizarea ventilației naturale.

32. Controlul fluxurilor de aer și ventilația în secțiile de tuberculoză:

32.1. secțiile asigură ventilație mecanică cu presiune negativă sau cu soluții hibride (naturală + mecanică), pentru a asigura controlul direcției fluxului de aer și pentru a reduce riscul de transmitere, conform standardelor de control al infecțiilor;

32.2. secțiile destinate pacienților cu TB MDR/XDR sunt dotate cu sisteme de

ventilație care asigură presiune negativă, cu cel puțin șase schimburi de aer pe oră (ideal ≥ 12 ACH pentru spațiile cu risc înalt), pentru a preveni răspândirea aerogenă a bacililor de tuberculoză. Aerul contaminat este evacuat direct în exterior sau filtrat prin sisteme HEPA.

33. Pentru secțiile destinate bolilor infecțioase sau cu risc biologic crescut, se asigură zonarea fizică a clădirii cu sistem de ventilație autonom, cu filtre HEPA și cu posibilitatea de izolare rapidă în caz de focar.

34. În instituțiile medicale nou-construite sau reabilite este prevăzută existența unui punct de monitorizare a calității aerului interior și exterior (pulberi, umiditate, temperatură, CO₂) ca parte a sistemului de management al riscurilor sanitare.

35. În instituțiile medicale multidisciplinare, care includ atât staționar, cât și secții de ambulatoriu, unitățile consultative sunt amplasate fie în clădiri separate, fie în cadrul acestora, având intrări proprii.

36. În cadrul edificiilor existente, reconstruite sau nou-construite, este interzisă amplasarea în apropierea ferestrelor saloanelor sau a secțiilor de internare a depozitelor, a expedițiilor sau a altor spații destinate accesului auto sau supuse generării de zgomot.

37. La proiectarea și amenajarea teritoriului instituției medicale, este asigurată o zonă de triere epidemiologică separată, destinată primirii pacienților suspecți de boli transmisibile, cu intrare și circuite separate față de zonele generale de acces.

38. Instituțiile medicale dispun de spații pentru gestionarea deșeurilor medicale periculoase (inclusiv infecțioase și chimice), amplasate în zone distincte, ventilate, cu acces auto restricționat și protejate împotriva accesului neautorizat.

39. Este prevăzută amenajarea unor platforme specializate pentru parcare ambulanțelor în proximitatea secțiilor de urgență, cu acces direct și rampă acoperită, conform normelor de siguranță operațională.

40. În unitățile care dețin secții de radiologie sau de medicină nucleară, se respectă distanțele de protecție radiologică conform Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2015, Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în practicile de medicină nucleară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1210/2016, precum și Regulamentului sanitar privind radioprotecția și securitatea radiologică în practicile de radioterapie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 632/2011, cu delimitarea clară a zonelor de risc și cu semnalizarea corespunzătoare a acestora.

41. În cazul unităților medicale cu heliport, acesta se amplasează astfel încât să nu afecteze zonele sensibile (bloc operator, ATI, secții de recuperare), să dispună de căi de acces rapide și să respecte standardele Organizației Aviației Civile Internaționale (ICAO) pentru transportul medical aerian.

Capitolul III

CERINȚE IGIENICO-SANITARE PRIVIND
ORGANIZAREA FUNCȚIONALĂ A CLĂDIRILOR
ȘI A SECȚIILOR

42. Planificarea clădirilor și a încăperilor din instituțiile medico-sanitare cu paturi asigură un regim igienico-sanitar și antiepidemic corespunzător, precum și condiții adecvate pentru acordarea asistenței medicale și pentru desfășurarea activității personalului medical.

43. Compartimentarea încăperilor previne interferența fluxurilor tehnologice „curat” și „murdar” prin circuite funcționale separate.

44. Nu se permite amplasarea echipamentelor generatoare de zgomot și vibrații (inclusiv ascensoare) în imediata apropiere a saloanelor, a cabinetelor de proceduri sau a spațiilor curativ-diagnostice.

45. Nivelurile admise de vibrație, de ultrasunet, de infrasunet și de presiune sonoră sunt stabilite conform prevederilor Regulamentului sanitar privind normativele admise de emiterie a zgomotului și a vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 181/2019; nivelurile de radiații electromagnetice și laser – conform Regulamentului privind cerințele minime de securitate și de sănătate a lucrătorilor expuși la riscurile generate de acțiunea radiațiilor optice artificiale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2024; cele de radiații în spectrul infraroșu și ultraviolet – conform standardului ISO 15858:2016, iar nivelurile câmpului electrostatic – conform Cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru lucrul la monitor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 819/2016, toate fiind respectate în limitele valorilor maxime admise.

46. În cazul prestatorilor de servicii medicale, este prevăzută o unitate de diagnostic funcțional, cu suprafață și compartimentare stabilite în funcție de capacitatea instituției. În cadrul acesteia, sunt asigurate două circuite distincte: unul pentru pacienții internați și unul pentru consultații de ambulatoriu. În lipsa acestei separări, fluxurile sunt delimitate fizic și funcțional.

47. Secția de transfuzie sangvină este amplasată la parterul clădirii. Componenta și suprafața acesteia sunt calculate în funcție de volumul de activitate și de specificul instituției.

48. În secțiile de boli infecțioase sunt prevăzute căi de acces separate pentru internarea și pentru externarea pacienților.

49. Pentru internarea pacienților în secțiile infecțioase, sunt prevăzute boxe de primire și examinare, după cum urmează: până la 60 de paturi – minimum două boxe; între 61 și 100 de paturi – minimum trei boxe; mai mult de 101 paturi – cel puțin 3% din totalul paturilor.

50. Fiecare boxă sau semiboxă include salon, grup sanitar (WC și baie) și ecluză între salon și coridor.

- 51.** Saloanele din secțiile infecțioase sunt prevăzute cu ecluze și grupuri sanitare proprii.
- 52.** În secțiile de boli infecțioase destinate copiilor, în pereții și paravanele de separare față de coridor sau între saloane (pentru copiii sub șapte ani), sunt prevăzute ferestre de observație, dimensionate conform temei de proiectare.
- 53.** Boxele, semiboxele și saloanele din secțiile infecțioase sunt prevăzute cu ferestre de transfer dinspre coridor, pentru transmiterea alimentelor, a materialelor medicale și a lenjeriei.
- 54.** La intrarea în secțiile infecțioase sunt prevăzute, obligatoriu, o ecluză și un filtru sanitar pentru personal.
- 55.** În cazul boxelor prevăzute în secțiile infecțioase, sălile de proceduri au ieșire separată și ecluză de acces dinspre coridor.
- 56.** Suprafețele saloanelor se conformează cerințelor stabilite în normativele tehnice în construcții aplicabile, precum și prevederilor prezentului Regulament.
- 57.** Secțiile curative, indiferent de profil, nu sunt utilizate ca spații de trecere sau de circulație generală.
- 58.** Pentru pacienții cu boli infecțioase, alimentația este asigurată în salon, evitând deplasarea în spațiile comune.
- 59.** Sunt prevăzute grupuri sanitare separate pentru pacienți și pentru personal. Grupurile sanitare includ ecluze și lavoare cu dimensiuni conforme reglementărilor în construcții.
- 60.** Încăperile sanitare cuprind:
- 60.1. instalații pentru personalul secției - minimum două pentru femei și una pentru bărbați;
- 60.2. cabine de duș conform următoarelor criterii: minimum o cabină la 10 persoane în secțiile de boli infecțioase și de tuberculoză, iar în celelalte secții - minimum o cabină funcțională pe durata programului complet. În cazul unui număr de personal redus, se admite o cabină de duș pe secție.
- 61.** În toate zonele de îngrijire a pacienților (inclusiv saloane, unități ATI, secții chirurgicale) este prevăzut un număr adecvat de lavoare igienice cu apă caldă și rece, cu robinete fără contact manual (cu senzor sau cu acționare cu cotul) și cu dozatoare pentru săpun și dezinfectant, în conformitate cu cerințele de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.
- 62.** Sistemul de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală și din edificiile și teritoriile prestatorilor este determinat prin sarcina de proiectare, în conformitate cu Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2018.

63. Instituțiile spitalicești dispun de farmacie spitalicească proprie pentru asigurarea pacienților cu medicamente. Componenta, dotarea și suprafețele minime ale încăperilor sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 599/2024 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de farmacie.

64. Zonele de pregătire a medicamentelor și echipamentelor sterile sunt amplasate în proximitatea punctelor de îngrijire, în încăperi separate sau delimitate, ventilate corespunzător și cu finisaje lavabile.

65. Pentru pacienții cu dizabilități locomotorii sunt prevăzute saloane adaptate, dotate cu grupuri sanitare conform NCM C.01.06 - 2007 (dimensiuni, bare de sprijin, podele antiderapante) și prevederilor Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

66. Sunt prevăzute încăperi pentru depozitarea echipamentelor medicale portabile (de ex., injectomate și defibrilatoare), amplasate strategic și accesibile fără a obstrucționa căile de circulație.

67. În clădirile etajate este asigurat accesul vertical pentru transportul pacienților prin ascensoare medicale, conform NCM C.01.12:2018 „Clădiri civile. Clădiri și construcții publice”.

68. Planificarea spațiilor permite delimitarea rapidă (izolarea temporară) a zonelor afectate în caz de focare nosocomiale sau de urgențe epidemiologice (prin uși de separare, filtre și zone-tampon).

69. Instituțiile asigură stocuri strategice de echipamente individuale de protecție, dezinfectanți, materiale sanitare și medicamente esențiale pentru minimum 72 de ore de funcționare autonomă în situații de urgență, în conformitate cu profilul instituției.

70. Prestatorii de servicii medicale asigură un sistem de alimentare electrică de rezervă (generator), dimensionat pentru menținerea funcționării zonelor critice (săli de operații, ATI, laboratoare, echipamente de ventilație, IT), testat și întreținut periodic conform reglementărilor tehnice pentru cazurile de urgență.

71. În cadrul secțiilor sunt stabilite proceduri operaționale standard (SOP-uri) pentru evacuarea pacienților în caz de incendiu sau pentru alte incidente, cu planuri de evacuare afișate vizibil și cu exerciții periodice ale personalului.

Capitolul IV

CERINȚE IGIENICO-SANITARE PRIVIND

ALIMENTAREA CU APĂ ȘI SISTEMUL DE CANALIZARE

72. Prestatorii de servicii medicale au obligația să asigure următoarele condiții privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate:

72.1. conectarea la rețeaua publică de alimentare cu apă potabilă sau, în lipsa

acesteia, utilizarea unui sistem individual sigur care să garanteze furnizarea apei potabile conform Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

72.2. respectarea parametrilor de calitate a apei potabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile;

72.3. conectarea la sistemul public de canalizare, cu respectarea cerințelor Hotărârii Guvernului nr. 355/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

72.4. asigurarea continuității în distribuția apei calde la toate punctele de consum prevăzute în instituție;

72.5. echiparea instalațiilor sanitare cu dispozitive antireflux și cu supape de reținere, pentru a preveni contaminarea încrucișată a rețelei de apă potabilă cu apa uzată sau contaminată;

72.6. respectarea parametrilor de calitate a apei conform standardului ISO 23500-3:2024 pentru prepararea și managementul calității fluidelor pentru hemodializă și terapii conexe.

73. Edificiile medicale sunt dotate cu un sistem de rezervă pentru alimentarea cu apă, inclusiv apă caldă, în următoarele condiții:

73.1. în cazul edificiilor medicale nou-construite sau supuse reconstrucției, sistemul de rezervă este obligatoriu și permite funcționarea instituției în situații de avarie sau de lucrări de întreținere la rețea;

73.2. pentru edificiile medicale existente, sursa de rezervă pentru apă caldă este asigurată prin instalații locale de încălzire, în special în spațiile funcționale cu risc epidemiologic ridicat: filtre sanitare, spălătorii, bufete, săli de distribuire, blocuri alimentare, sufragerii, săli preoperatorii, de nașteri, de proceduri și pansament, secții pentru nou-născuți și copii sub un an, băi și alte încăperi cu funcționalitate critică care necesită respectarea strictă a regimului cu risc înalt.

74. Spitalele dispun de rezervoare de apă potabilă, care asigură consumul zilnic în regim de avarie pentru cel puțin 24 de ore, conform debitului estimat în funcție de numărul de paturi.

75. Conductele și punctele de consum sunt etichetate vizibil (apă potabilă/apă tehnică/apă sterilă/apă caldă/apă rece), pentru a preveni utilizarea eronată.

76. În lipsa posibilității de racordare la sistemul public de canalizare, evacuarea apelor uzate este efectuată prin sisteme autonome conforme (stații de epurare, fose septice conforme), autorizate sanitar.

77. Spațiile medicale care necesită igienizarea frecventă a mâinilor, inclusiv saloanele de pacienți, cabinetele de consultație, sălile de tratament, încăperile preoperatorii, blocurile sanitare și alte încăperi care necesită respectarea unui regim de

igienizare a mâinilor, sunt dotate cu lavoar amplasat în proximitatea imediată a intrării. Lavoarul va fi dimensionat astfel încât:

77.1. să prevină stropirea în afara zonei sanitare;

77.2. să fie echipat cu baterie de amestec pentru apă caldă și rece și dotat cu robinet manevrabil (preferabil cu acțiune nonmanuală);

77.3. să fie prevăzut dozator de săpun lichid și, după caz, de loțiune pentru îngrijirea mâinilor personalului, în flacon individual sau în sistem fix;

77.4. să dispună de suport sau de dozator pentru prosoape de hârtie de unică folosință.

Capitolul V

CERINȚE IGIENICO-SANITARE PENTRU SISTEMELE

DE ÎNCĂLZIRE ȘI DE VENTILARE ȘI CONTROLUL

MICROCLIMATULUI

78. Sistemele de încălzire, de ventilare și de condiționare a aerului asigură un microclimat optim, precum și compoziția chimică și biologică adecvată a aerului din spațiile prestatorilor.

79. Temperatura, umiditatea relativă, frecvența schimburilor de aer corespunde cerințelor stabilite prin actele normative în domeniu.

80. Instituția medicală elaborează o cartografiere internă care să identifice zonele cu risc epidemiologic ridicat, mediu și scăzut.

81. Sistemele de termoficare respectă integral cerințele de siguranță prevăzute de producător.

82. Edificiile medicale sunt dotate cu sisteme de ventilare prin refulare și aspirație mecanică și/sau ventilație naturală, inclusiv prin deschiderea ferestrelor.

83. Proiectarea și exploatarea sistemelor de ventilare trebuie să împiedice circulația aerului din zonele „murdare” spre cele „curate”.

84. Încăperile prestatorilor, cu excepția sălilor de operații, sunt prevăzute cu ventilație naturală pe lângă cea mecanică, acolo unde este posibil.

85. Încăperile în care se degajă substanțe cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu în aer, cum ar fi laboratoarele și zonele de preparare, sunt dotate cu sisteme locale de aspirație sau cu nișe de ventilare.

86. Utilizarea aparatelor de aer condiționat de tip split este permisă doar în spațiile administrative sau în încăperi fără risc epidemiologic, cu condiția dotării acestora cu filtre

standard de eficiență adecvată și efectuării întreținerii regulate conform instrucțiunilor producătorului. Aceste aparate nu se utilizează în spațiile medicale cu risc crescut de transmitere a infecțiilor.

87. Umiditatea relativă a aerului în încăperi nu trebuie să depășească 60%, iar viteza de mișcare a aerului va fi de maximum 0,15 m/sec.

88. Conductele de aer, grilajele de distribuire și recepție, camerele și echipamentele de ventilare sunt menținute curate, fără defecte, coroziune sau pierderi de etanșeitate.

89. Dezinfecția sistemului de ventilare și condiționare a aerului se efectuează de cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, conform recomandărilor epidemiologice sau ale producătorului.

90. Dispozitivele de dezinfecție a aerului și filtrele de ventilare sunt înlocuite în funcție de gradul de uzură, dar nu mai rar decât recomandările producătorului.

91. Instalațiile de ventilare sunt amplasate în spații special amenajate, separate pentru admisie și evacuare, fără a fi fixate direct pe pereții încăperilor utilizate de către pacienți sau personal (de ex., cabinetele medicilor, sălile de operații, ATI), cu respectarea normelor de protecție fonică.

92. Spațiile tehnice pentru echipamentele de ventilare sunt utilizate exclusiv conform destinației acestora.

93. În încăperi precum spălătorii, dușuri, grupuri sanitare, camere de curățenie, depozite pentru lenjerie murdară, deșeuri și produse dezinfectante este instalată ventilația mecanică de evacuare, fără recirculare.

94. Autocontrolul parametrilor de microclimat (umiditatea, temperatura și frecvența schimbului de aer) se efectuează anual, inclusiv evaluarea eficienței ventilației în următoarele spații: sălile de operații și postoperatorii, de nașteri, saloanele de terapie intensivă, oncohematologie, secțiile de combustii, sălile de pansamente, de tratamente, de vaccinare, încăperile pentru păstrarea substanțelor toxice, depozitele farmaceutice, încăperile pentru prepararea substanțelor medicamentoase, secțiile de chirurgie și implantologie stomatologică, încăperile speciale ale secțiilor de imagistică și alte încăperi, în cabinetele unde se lucrează cu compuși chimici, de boli infecțioase, inclusiv secțiile de tuberculoză, laboratoarele bacteriologice, laboratoarele virusologice, cabinetele de imagistică și alte încăperi unde se elimina substanțe care pot avea acțiune nocivă asupra sănătății omului. Amplasarea dispozitivelor se efectuează conform instrucțiunii producătorului.

95. Pentru dezinfecția aerului sunt utilizate lămpi cu raze ultraviolete ecranate sau alte metode alternative moderne admise pentru utilizare în instituții medico-sanitare (IMS), operate în conformitate cu normele igienice și cu instrucțiunile în domeniu, precum și cu cerințele producătorului.

96. Recirculatoarele bactericide sunt utilizate doar complementar sistemului principal de ventilație și se amplasează în încăperi cu semnificație epidemiologică.

97. În sălile de operații, în unitățile ATI, în laboratoarele de microbiologie și în alte spații cu risc epidemiologic înalt, sistemele de ventilare sunt echipate cu filtre HEPA (filtru de aer cu eficiență ridicată) și asigură presiuni diferențiate, conform destinației funcționale a încăperilor.

98. Spațiile sterile (sălile de operații, camerele de pregătire pentru intervenții) sunt menținute sub presiune pozitivă față de zonele adiacente. Iar spațiile cu risc de contaminare biologică (laboratoarele, izolatoarele, saloanele de tuberculoză) sunt menținute sub presiune negativă.

99. Camerele curate din cadrul instituțiilor medico-sanitare, utilizate pentru activități critice precum prepararea citostaticelor, sterilizarea sau producerea preparatelor farmaceutice, respectă cerințele de clasificare ISO corespunzătoare (de ex., ISO 14644-1 – clasele ISO 7 sau ISO 8), în funcție de tipul activității desfășurate. Clasificarea se stabilește pe baza concentrației maxime admise de particule suspendate în aer.

100. Unitățile medicale mobile, containerele sanitare și alte spații temporare utilizate pentru asistența medicală sunt dotate cu sisteme de ventilație adaptate și conforme cu cerințele minime privind schimburile de aer și filtrarea, în funcție de utilizare.

101. Prestatorii de servicii medicale efectuează anual o evaluare de risc pentru sistemele de încălzire și de ventilare, pentru ajustarea cerințelor în funcție de specificul activităților medicale.

102. În instituțiile medicale nou-construite și reconstruite care includ secții pentru pacienții cu boli infecțioase, inclusiv spații de izolare (boxe și semiboxe), sistemul de ventilație mecanică este proiectat cu canale de ventilație individuale pentru fiecare încăpere. Acestea funcționează cu presiune negativă și sunt dotate cu dispozitive de dezinfecție a aerului.

103. În blocurile separate, cu înălțime de maximum trei nivele, care includ secții de internare sau secții de boli infecțioase, este admisă utilizarea sistemului de aspirație naturală, cu condiția asigurării refulării mecanice a aerului viciat.

104. Sistemul de ventilație este configurat astfel încât să limiteze la minimum circulația aerului între secțiile spitalului, între saloane și între etajele adiacente, prevenind răspândirea agenților patogeni.

105. Debitul de aer refulat pentru fiecare pacient internat într-un salon va fi de cel puțin 20 m³/h, dar poate varia în funcție de categoria de salon (izolare sau ATI).

106. Accesul în secțiile de boli infecțioase se realizează printr-o ecluză prevăzută cu sistem de ventilație de aspirație individuală, destinat fiecărei ecluze.

107. Pentru a preveni pătrunderea aerului potențial contaminat din spațiile comune (cum ar fi scările sau liftul) în secțiile spitalicești, în special cele cu risc crescut (de ex., terapie intensivă, chirurgie, neonatologie), sunt amenajate zone-tampon (sasuri) între aceste spații, concepute pentru a menține un regim de presiune pozitivă față de încăperile adiacente. Aceste măsuri sunt stabilite prin proiectare, în conformitate cu cerințele de

control al infecțiilor.

108. Soluțiile arhitecturale, de compartimentare și de ventilație sunt elaborate astfel încât să prevină transmiterea agenților infecțioși între încăperi și între secții.

109. În spațiile critice (sălile de operații, ATI, saloanele de izolare, laboratoarele microbiologice) sunt instalate sisteme de monitorizare continuă a calității aerului (temperatură, umiditate, presiune diferențiată, particule în suspensie) cu alarmare automată în caz de depășire a limitelor admise, cu controlul parametrilor standardului ISO 14644-1/2015.

110. Recircularea aerului în spațiile cu risc crescut este permisă, cu excepția sălilor de operații, doar dacă aerul este filtrat prin sisteme HEPA sau supus decontaminării prin radiații UV-C într-un sistem închis validat.

111. Sistemele de ventilare, de încălzire și de aer condiționat din spațiile critice sunt conectate la surse alternative de energie electrică (generatoare), pentru a asigura continuitatea funcționării în caz de urgență.

112. În blocurile operatorii nu este permisă utilizarea aparatelor de aer condiționat de tip split sau a altor sisteme de recirculare locală a aerului care nu asigură filtrare HEPA și presiune diferențiată față de spațiile adiacente.

113. Ventilarea blocurilor operatorii se realizează exclusiv prin sisteme centralizate de climatizare, dotate cu filtre de înaltă eficiență (HEPA), cu asigurarea unui debit de aer proaspăt de minimum 20 schimburi/oră, cu menținerea presiunii pozitive față de zonele adiacente și cu asigurarea controlului temperaturii și umidității în limitele stabilite de reglementările tehnice în domeniu.

Capitolul VI

CERINȚE IGIENICO-SANITARE PRIVIND

ILUMINATUL NATURAL ȘI ARTIFICIAL

114. Încăperile edificiilor medicale sunt dotate cu iluminat combinat, asigurat atât prin surse naturale, cât și artificiale.

115. Toate instituțiile medicale dispun de un sistem de iluminat de rezervă, destinat funcționării în caz de întrerupere a sursei principale de electricitate, pentru a garanta siguranța pacienților și continuitatea actului medical.

116. Toate corpurile de iluminat sunt ușor accesibile pentru întreținere, precum și protejate împotriva acumulării de praf și umiditate.

117. Nivelul de iluminare corespunde cerințelor specifice funcționării fiecărei încăperi medicale, astfel:

117.1. săli de operații: minimum 10 000 lux în câmpul operator și 1 000 - 1 500 lux în zona periferică;

117.2. săli de tratamente, pansamente, ATI, laborator: minimum 500 lux;

117.3. saloane pentru pacienți: minimum 200 lux;

117.4. coridoare, vestiare, depozite: minimum 100 – 150 lux.

118. Sursele de iluminat artificial asigură redarea fidelă a culorilor (indicele de redare cromatică $R_a \geq 80$), în special în zonele medicale și diagnostice, pentru interpretarea corectă a stării tegumentelor, a rănilor și a fluidelor biologice.

119. În încăperile medicale cu lumină naturală, suprafața vitrificată (ferestrele) reprezintă cel puțin 1/8 din suprafața podelei, cu excepția spațiilor tehnice sau sterile.

120. Iluminatul natural este controlat prin sisteme de protecție solară (jaluzele din PVC sau aluminiu ușor lavabile, rulouri textile tratate antibacterian, folii antireflex), pentru a preveni supraîncălzirea și efectul de orbire.

121. În contextul prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale, următoarele elemente se interzic a fi montate la ferestrele din instituțiile medicale, în special în spațiile cu risc epidemiologic:

121.1. draperii textile grele (perdele din stofă, catifea);

121.2. perdele din materiale care nu permit decontaminarea frecventă (de ex., perdele decorative din poliester/textil netratat);

121.3. jaluzele orizontale cu lamele fixe (tip „venetian blinds”) neetanșe;

121.4. folii sau materiale necertificate aplicate direct pe geamuri, care favorizează condensul.

122. Pentru zonele unde textilele sunt inevitabile, perdelele și paravanele textile, dacă sunt utilizate, sunt confecționate din materiale lavabile și ignifuge, tratate antibacterian și schimbate cel puțin lunar sau ori de câte ori sunt vizibil contaminate.

123. Sistemele de iluminat artificial sunt proiectate astfel încât să nu producă strălucire directă sau reflexii orbitoare pe suprafețele de lucru medicale.

124. În secțiile cu regim special (pediatrie, psihiatrie, geriatrie), se va acorda atenție iluminatului ambiental, cu temperatură de culoare adaptată (de ex., lumină caldă în saloanele de odihnă), pentru confortul psihosenzorial al pacienților.

125. Sistemul de iluminat de urgență acoperă toate traseele de evacuare, secțiile critice (blocul operator, ATI), coridoarele și spațiile de circulație, asigurând o luminanță de minimum un lux la nivelul solului.

Capitolul VII

CERINȚE IGIENICO-SANITARE PRIVIND FINISAJELE

INTERIOARE, MOBILIERUL, ECHIPAMENTELE
ȘI MATERIALELE TEXTILE DIN SPAȚIILE
MEDICALE

126. Edificiile medicale sunt amenajate cu finisaje, mobilier, echipamente și inventar adecvat, însoțite de documente justificative care atestă conformitatea cu destinația funcțională.

127. Mobilierul medical are suprafețe netede, confecționate din materiale rezistente la acțiunea detergenților și substanțelor dezinfectante, chimice și medicamentoase.

128. Este interzisă utilizarea mobilierului, inventarului și echipamentelor deteriorate, cu colțuri tăioase și cu muchii periculoase.

129. Mobilierul și echipamentele uzate, deteriorate sau imposibil de igienizat sunt retrase din utilizare și eliminate în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.

130. Suprafețele încăperilor în care se desfășoară activități medicale trebuie să fie:

130.1. lavabile;

130.2. rezistente la substanțe dezinfectante și chimice;

130.3. rezistente la decontaminări radioactive (acolo unde este cazul);

130.4. fără fisuri sau rugozități care pot acumula praf;

130.5. realizate din materiale bactericide în zonele aseptice;

130.6. să nu genereze fibre sau particule volatile;

130.7. compatibile cu curățarea și decontaminarea frecventă.

131. Finisajele pereților și tavanelor sunt realizate cu materiale lavabile, ușor de spălat și de dezinfectat. Pardoseala se acoperă cu materiale dure rezistente la curățare și la dezinfectare și adaptate pentru transportul pacienților cu brancarda.

132. Se interzice utilizarea materialelor de finisaj care, prin compoziție sau prin modul de instalare, pot favoriza dezvoltarea organismelor parazite (artropode, acarieni, mușegaiuri) ori degajarea substanțelor toxice sau a poluanților radioactivi.

133. În încăperile cu semnificație epidemiologică, unghiurile dintre pardoseală și pereți sunt rotunjite (concave), pentru a facilita curățarea.

134. Este interzisă montarea mochetei sau a altor materiale textile pe pardoseli în zonele clinice.

135. Dotările minime pentru un salon sunt următoarele:

135.1. pat medical reglabil (manual sau electric), prevăzut cu protecții laterale, destinat facilitării mobilității pacientului și manipulării de către personalul medical;

135.2. noptieră individuală, cu spațiu de depozitare pentru obiectele personale și consumabilele uzuale;

135.3. scaun pentru vizitatori, realizat din material lavabil;

135.4. suport mobil sau fix pentru perfuzii, ușor de deplasat și stabil;

135.5. dulapuri individuale sau comune pentru obiectele personale ale pacienților, realizate din materiale ușor de curățat;

135.6. iluminat localizat pentru fiecare pat, de tip lampă de citit sau reglabilă.

136. Saltelele sunt confecționate din materiale impermeabile, lavabile, rezistente la dezinfectare și fără deteriorări. Acestea sunt inspectate periodic și înlocuite în caz de uzură sau de compromitere a integrității.

137. Cerințele pentru lenjeria de pat (cearșafuri, fețe de pernă, huse pentru saltea) sunt următoarele:

137.1. material: 100% bumbac sau amestec bumbac – poliester (preferabil 50/50) – rezistent la spălări industriale;

137.2 culoare: de regulă albă sau culori deschise, care permit detectarea murdăriei.

137.3. densitate țesătură: 145 – 160 g/m²;

137.4 rezistență la spălare: 60 – 90°C; suportă sterilizare termică sau chimică;

137.5. neinflamabilitate: conform standardelor (de ex., SM EN ISO 12952 pentru rezistență la aprindere);

137.6. fără închizători metalice (fermoare sau capse), pentru a evita deteriorarea în procesul de spălare;

137.7. husele pentru saltele: din material lavabil și impermeabil;

137.8. lenjeria de pat se schimbă în mod regulat: cel puțin o dată pe săptămână; la fiecare externare, internare sau transfer al pacientului; zilnic în secțiile cu risc epidemiologic crescut (precum ATI și neonatologie) sau pentru pacienții imobilizați; precum și imediat la constatarea contaminării cu fluide biologice;

137.9. fiecare prestator de servicii medicale asigură trasabilitatea lenjeriei curate și utilizate, inclusiv identificarea vizibilă a loturilor (prin coduri sau etichete) și păstrarea acestora în containere distincte, curate și închise.

138. Cerințele pentru pilote/plăpumi: husa exterioară este din bumbac 100% sau din microfibră tratată antibacterian și de culoare deschisă; umplutura – din fibre sintetice

siliconate, ignifuge, antialergice, lavabile integral, fără utilizarea pufului sau penelor.

139. Pernele sunt prevăzute cu husă din bumbac 100% sau din microfibră antibacteriană, cu cusături duble, iar umplutura este din poliester siliconat antialergic, lavabil la minimum 60°C, fără puf sau pene.

Capitolul VIII

CERINȚE PRIVIND CURĂȚENIA, DEZINFECTAREA ȘI ÎNTREȚINEREA IGIENICO-SANITARĂ A SPAȚIILOR, ECHIPAMENTELOR ȘI INVENTARULUI

140. Fiecare prestator de servicii medicale elaborează și implementează un plan documentat de curățenie și dezinfectie, care trebuie să conțină: frecvența, metodele, substanțele utilizate, zonele vizate (risc scăzut/mediu/înalt), precum și persoanele responsabile. Acesta va fi revizuit anual și aprobat de către conducerea instituției.

141. Persoana responsabilă de supravegherea activităților de igienizare și dezinfectare asigură respectarea procedurilor aprobate, instruirea personalului și verificarea periodică a eficacității, cu includerea într-un registru de evidență (fizic sau electronic), cu semnătura persoanei responsabile și cu momentul efectuării, pentru asigurarea trasabilității și adaptabilității.

142. În cadrul instituției se aplică reguli de codificare a echipamentelor și de delimitare clară a spațiilor (zone curate, intermediare și contaminate), în special în blocurile operatorii, în laboratoare, în ATI și în secțiile de spitalizare.

143. Produsele utilizate pentru curățenie și dezinfectie sunt autorizate conform Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2020, și sunt adecvate pentru utilizarea în medii clinice, inclusiv cu eficacitate dovedită împotriva microorganismelor multirezistente.

144. Suprafețele frecvent atinse (mânere, întrerupătoare, balustrade, paturi) din încăperile cu risc epidemiologic crescut sunt curățate și dezinfectate de cel puțin două ori pe zi sau după fiecare pacient, conform procedurii interne.

145. Sunt respectate frecvențele minime de igienizare, după cum urmează:

145.1. săli de operație: înainte și după fiecare intervenție;

145.2. saloane de spitalizare: cel puțin o dată pe zi și ori de câte ori este necesar;

145.3. grupuri sanitare: de cel puțin trei ori pe zi;

145.4. spații administrative: o dată pe zi.

146. Este asigurată mentenanța și igienizarea periodică a tuturor filtrelor și

componentelor cu risc din aparatura medicală și de ventilație, conform indicațiilor producătorului, cu evidențierea documentară a acestor activități.

147. Sunt stabilite programe specifice pentru curățarea zonelor greu accesibile (de ex., spatele echipamentelor medicale fixe, grilele de ventilație, rafturile înalte), lunar sau conform evaluării riscurilor.

148. În încăperile destinate pacienților izolați în funcție de modul de transmitere a agentului patogen (contact, picături, aerogen), curățenia și dezinfecția se efectuează în baza unor protocoale specifice, utilizând echipamente, materiale și substanțe specifice, cu respectarea strictă a fluxului epidemiologic. Curățenia finală se realizează obligatoriu după externarea pacientului, prin dezinfecție completă a suprafețelor, a echipamentelor și a mobilierului, însoțită, după caz, de aerisire forțată sau de decontaminare cu raze ultraviolete.

149. Personalul auxiliar implicat în activitățile de curățenie în zonele de izolare epidemiologică este instruit periodic și dotat cu echipament individual de protecție adecvat riscului. Colectarea lenjeriei și a deșeurilor provenite din aceste spații se realizează în condiții de siguranță biologică, utilizând saci etanși, etichetați corespunzător, și trasee separate.

150. Inventarul utilizat pentru activitățile de curățenie și dezinfecție (mopuri, lavete, găleți, cărucioare, perii) este curățat, dezinfectat și uscat la sfârșitul fiecărei ture de lucru și ori de câte ori este necesar.

151. Echipamentele de curățenie sunt ușor de curățat și dezinfectat, codificate cromatic pentru a preveni contaminarea încrucișată și alocate distinct pentru diferitele zone de risc, precum grupurile sanitare, saloanele, blocul operator sau spațiile administrative.

152. În cadrul activităților de curățenie și dezinfecție, prestatorii de servicii medicale utilizează lavete, mopuri, găleți și alte echipamente de curățenie codificate pe culori, în funcție de zona de risc și de tipul suprafețelor. Sistemul minim de codificare cromatică include:

152.1. roșu – pentru toalete, grupuri sanitare și dușuri;

152.2. galben – pentru zonele cu risc biologic moderat (de ex., camere de tratamente și saloane izolate);

152.3. albastru – pentru zonele generale (de ex., saloane și coridoare);

152.4. verde – pentru spații curate/sterile (de ex., săli de tratamente, blocuri alimentare, farmacii interne și bucătării).

153. Lavetele și mopurile reutilizabile sunt spălate la temperaturi de minimum 60°C, uscate complet și depozitate în spații curate, ventilate. Alternativ, se pot utiliza articole de unică folosință, acolo unde este justificat epidemiologic.

154. Materialele absorbante utilizate pentru curățarea lichidelor biologice sunt

tratate ca deșeuri medicale periculoase și eliminate conform Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2018. Suprafețele sunt ulterior dezinfectate cu substanțe sporicide.

155. Este interzisă depozitarea echipamentului de curățenie în grupurile sanitare pentru pacienți sau în alte încăperi nesanitare. Spațiile dedicate (camerele de depozitare) sunt prevăzute cu ventilație, lavoar și rafturi separate pentru materialele curate și pentru cele murdare.

156. Detergenții și dezinfectanții se depozitează în spații închise, ferite de accesul neautorizat, în recipiente etichetate corespunzător, în conformitate cu reglementările privind prevenirea și controlul infecțiilor și cu cerințele de clasificare, etichetare și ambalare a substanțelor și amestecurilor chimice.

157. Se întocmește un registru de evidență a întreținerii și igienizării echipamentelor de curățenie, completat de personalul responsabil.

158. Personalul responsabil de curățenie și dezinfecție este instruit periodic (cel puțin anual) privind procedurile, utilizarea în siguranță a substanțelor chimice și prevenirea contaminării încrucișate.

159. Personalul de curățenie utilizează echipament individual de protecție adecvat riscului (halat impermeabil, mănuși, mască, ochelari de protecție, încălțăminte dezinfectabilă) și respectă protocoalele privind dezbrăcarea și eliminarea acestuia.

160. Toate spațiile, echipamentele, instalațiile, inventarul medical și nemedical din cadrul instituției medicale sunt menținute în condiții igienico-sanitare adecvate, prin curățare și dezinfecție periodică, în conformitate cu planurile operaționale aprobate și cu procedurile standard de lucru.

161. Echipamentele mobile (de ex., tărgi, monitoare, pompe perfuzoare) și inventarul reutilizabil sunt curățate și dezinfectate după fiecare utilizare conform instrucțiunilor producătorului și procedurilor instituționale.

162. Eficacitatea activităților de igienizare este verificată periodic prin metode directe (teste de suprafață, indicatori UV, audituri interne) și corelată cu incidentele infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM).

163. Prestatorii de servicii medicale au obligația să asigure controlul vectorilor (deratizare și dezinsecție).

164. La prestatorii care dispun de spălătorii proprii, spațiile destinate dezinfecției și dezinsecției lenjeriei sunt amplasate separat, într-o zonă delimitată funcțional în cadrul spălătoriei, cu respectarea fluxului tehnologic între zona „murdară” și cea „curată”. Activitățile din aceste spații se desfășoară în conformitate cu cerințele naționale de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale.

Capitolul IX

CERINȚE IGIENICO-SANITARE PENTRU
SPAȚIILE, ECHIPAMENTELE ȘI PROCESELE LEGATE
DE MANIPULAREA ȘI DISTRIBUȚIA ALIMENTELOR

165. Spațiile, echipamentele și procesele aferente manipulării alimentelor în instituțiile medico-sanitare respectă prevederile legislației naționale privind siguranța alimentelor, igiena produselor alimentare și protecția consumatorului, inclusiv Legea nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor, Legea nr. 296/2017 privind cerințele generale de igienă a produselor alimentare, Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare și actele normative conexe.

166. Distribuția alimentelor către pacienți se efectuează în porții individuale, ambalate în recipiente închise, etichetate cu date de identificare și transportate conform graficului aprobat de conducerea instituției. Este interzisă utilizarea recipientelor comune pentru mai mulți pacienți. În secțiile de boli infecțioase, livrarea alimentelor este realizată prin ferestre de transmitere sau prin alte sisteme care asigură lipsa contactului direct între personal și pacienți, în vederea prevenirii transmiterii agenților patogeni.

167. Prepararea alimentelor pentru pacienți este realizată prin blocul alimentar propriu al instituției sau prin servicii de catering, cu respectarea aceluiași cerințe igienico-sanitare.

168. Suprafețele, instalațiile și vesela utilizate în procesul de manipulare a alimentelor trebuie să fie confecționate din materiale sigure, conforme cu legislația privind siguranța alimentelor, care nu eliberează substanță cu risc major pentru sănătatea umană și pentru mediu și permit curățarea și dezinfecția corespunzătoare.

169. Mobilierul, instalațiile și echipamentele utilizate în spațiile de gestionare a produselor alimentare sunt proiectate și amplasate astfel încât să permită curățarea și dezinfecția eficientă, să prevină contaminarea alimentelor și acumularea murdăriei, precum și să limiteze dezvoltarea microorganismelor. Materialele din care sunt fabricate acestea sunt rezistente la coroziune și uzură, impermeabile, netoxice, neabsorbante și conforme cu reglementările sanitare în domeniu.

170. Spațiile pentru depozitarea produselor alimentare și a ambalajelor sunt suficient dimensionate și compartimentate, pentru a preveni contaminarea încrucișată și degradarea alimentelor. Se va asigura un circuit clar pentru evacuarea deșeurilor alimentare.

171. Ustensilele folosite pentru manipularea materiilor prime și a alimentelor preparate sunt diferențiate și identificate corespunzător. În lipsa acestei separări, ustensilele sunt curățate și dezinfectate corespunzător între utilizări. Materialele de ambalare respectă prevederile normative în domeniu.

172. Recipientele pentru reziduurile alimentare și materiale necomestibile sunt realizate din materiale impermeabile, ușor de curățat, rezistente la scurgeri și identificate corespunzător.

173. Distribuția produselor alimentare pacienților se realizează în condiții care să asigure păstrarea calității, siguranței și integrității alimentelor, prevenind contaminarea sau alterarea acestora.

174. Produsele alimentare sunt păstrate și utilizate în condiții de temperatură și termen de valabilitate stabilite de producător și în conformitate cu prevederile Legii nr. 306/2018 privind siguranța alimentelor.

175. Curățarea și dezinfectarea spațiilor, suprafețelor și echipamentelor din blocul alimentar se efectuează zilnic, în baza unui plan aprobat, cu produse autorizate și cu înregistrări privind efectuarea acestora.

Capitolul X

CERINȚE IGIENICO-SANITARE SUPLIMENTARE

ÎN FUNCȚIE DE PROFILUL SPITALICESC

Secțiunea 1

Secțiile curative

176. Încăperile secțiilor curative sunt, de preferință, amplasate pe un singur nivel. În cazul secțiilor de dimensiuni mari, care includ compartimente distincte, este permisă amplasarea pe mai multe niveluri, cu condiția respectării circuitelor funcționale.

177. Spațiile curative sunt amenajate astfel încât să minimizeze riscul de transmitere a infecțiilor asociate asistenței medicale, prin aplicarea principiilor de izolare funcțională și de separare a fluxurilor, precum și de respectare a precauțiilor standard și suplimentare.

178. Componenta minimă a unei secții curative include următoarele categorii de spații:

178.1. saloanele pacienților și dotările sanitare aferente;

178.2. încăperi pentru asistența medicală (de ex., sala de examinare, sala de tratament și sala de pansament);

178.3. încăperi pentru deservirea pacienților (de ex., sufragerie);

178.4. încăperi pentru personalul medical;

178.5. încăperi pentru odihna personalului, inclusiv cameră de gardă cu grup sanitar și duș;

178.6. spații auxiliare pentru activitățile gospodărești ale secției.

179. Salonul pentru pacienții adulți respectă următoarele cerințe:

179.1. capacitate maximă de 4 paturi;

179.2. suprafață minimă de 7 m²/pat;

179.3. volum minim de aer de 20 m³/pat, în cazul ventilației naturale.

180. În spitalele nou-construite sau reconstruite, saloanele sau grupurile de saloane dispun de cel puțin un grup sanitar propriu (duș, WC, lavoar), care deservește maximum patru pacienți.

181. Amenajarea salonului prevede următoarele cerințe:

181.1. acces liber pe ambele părți ale patului;

181.2. distanță minimă de 1 m între două paturi;

181.3. distanță minimă de 0,80 m între pat și peretele exterior;

181.4. distanță minimă de 1,30 m între pat și peretele cu lavoarul.

182. Se asigură cel puțin un salon adaptat pentru persoane cu dizabilități, dotat cu grup sanitar propriu.

183. Încăperile necesare pentru deservirea pacienților din cadrul secției includ:

183.1. sufragerie sau bufet;

183.2. spațiu pentru activități de zi și pentru primirea vizitatorilor;

183.3. cameră de baie și, după caz, grup de dușuri, dacă acestea nu sunt prevăzute în altă parte.

184. Fiecare secție curativă include o zonă septică, care să permită, la necesitate, izolarea sau cohortarea pacienților contagioși sau imunocompromiși. Aceasta include un salon separat cu grup sanitar propriu pentru pacienții cu infecții precum *Clostridioides difficile*.

185. În spitalele nou-construite sau reconstruite, inclusiv în unitățile de terapie intensivă, este amenajat cel puțin un salon de izolare cu grup sanitar propriu și cu sistem de ventilație cu presiune negativă.

186. Componenta și suprafața tuturor încăperilor principale și auxiliare se stabilesc în caietul de sarcini aferent actelor de proiectare, cu respectarea cerințelor funcționale și igienico-sanitare prevăzute de reglementările în domeniu.

Secțiunea a 2-a

Secțiile de pediatrie

187. Îngrijirea pacienților pediatrici se efectuează obligatoriu în compartimente distincte, organizate pe grupe de vârstă: 0-1 an (sugari), 1-3 ani, 4-6 ani, 7-14 ani și 15-17 ani.

188. Fiecare compartiment de vârstă constituie o unitate funcțională, care include:

188.1. spații de spitalizare adaptate vârstei;

188.2. spații pentru asistență medicală (examinare, tratament, supraveghere);

188.3. spații pentru deservirea pacienților, dimensionate conform vârstei;

188.4. spațiu dedicat pentru curățenie și depozitarea inventarului sanitar;

188.5. 1-2 saloane izolate pentru pacienții cu risc epidemiologic, dotate cu grup sanitar propriu și organizate în funcție de tipul de transmitere (aerogen, picături, contact).

189. Compartimentul destinat copiilor cu vârsta de peste 7 ani este organizat conform prezentului Regulament, aplicabil secțiilor pentru adulți.

190. Fiecare compartiment pediatric include o zonă septică separată, cu 1-2 saloane cu grup sanitar propriu, pentru izolarea și cohortarea pacienților contagioși.

191. Compartimentul pentru copii între 4 și 6 ani include grupuri de 3-4 saloane, fiecare cu 1-3 paturi, cu grup sanitar propriu sau comun, organizat pe sexe. Este asigurat un post de supraveghere permanent pentru asistenții medicali.

192. Cerințele specifice pentru saloanele destinate copiilor între 4 și 6 ani sunt următoarele:

192.1. suprafața utilă minimă de 6 m²/pat;

192.2. mobilierul și obiectele sanitare sunt adaptate vârstei copiilor.

193. În cadrul compartimentului se prevăd următoarele încăperi: sală de proceduri, oficiu pentru personalul mediu și saloane special amenajate pentru copiii internați cu însoțitori/reprezentant legal.

194. Compartimentul include o zonă de joacă destinată copiilor.

195. Pentru grupa de vârstă 0-3 ani (sugari și copii mici) sunt respectate următoarele cerințe:

195.1. suprafața utilă de 4-5 m²/pat;

195.2. pereții sunt prevăzuți cu vitraj în partea superioară, pentru vizibilitate și supraveghere;

195.3. saloanele dispun de cadă cu duș igienic;

195.4. pentru copiii care se internează cu mamele lor sunt prevăzute rezerve dotate cu instalații sanitare specializate pentru mamă și pentru copil.

196. Departamentele de pediatrie includ următoarele spații funcționale:

- 196.1. secție de terapie intensivă pediatrică;
- 196.2. secție pentru îngrijirea prematurilor (cu separare septic/nonseptic);
- 196.3. spații pentru consultații, investigații și tratament;
- 196.4. cabinete medicale și spații anexe pentru personalul medical auxiliar;
- 196.5. birouri administrative pentru conducerea departamentului.

197. Pentru prepararea alimentelor destinate sugarilor și copiilor între 1 și 3 ani se organizează o bucătărie specializată, dimensionată în funcție de capacitatea secției.

198. Spațiile componente ale bucătăriei de lapte sunt dimensionate ținând cont de echipamente; alcătuirea lor urmărește următorul flux tehnologic:

- 198.1. zonă pentru primirea, spălarea și sterilizarea ustensilelor (biberoane, cănițe);
- 198.2. zonă pentru prepararea alimentelor (piureuri, lichide dietetice, lapte);
- 198.3. zonă pentru umplerea, răcirea și distribuția biberoanelor;
- 198.4. spații de depozitare;
- 198.5. cameră pentru asistentă dieteticiană.

199. Dotările obligatorii ale biberoneriilor includ: autoclavă, chiuvete, frigider, aragaz, mese separate pentru biberoane murdare și sterile, casonete de transport.

200. În spitalele pentru copii cu profil multiplu, secțiile curative, inclusiv saloanele de tip mamă-copil pentru copiii cu vârsta sub 3 ani, sunt amplasate, de preferință, la parter sau la etajele inferioare (cel mult etajul 2), pentru a asigura acces facil, rapid și sigur. Aceeași recomandare se aplică și saloanelor destinate copiilor sub 7 ani și secțiilor/saloanelor de psihiatrie pediatrică, cu excepția cazurilor în care infrastructura permite accesul medicalizat sigur prin lifturi specializate și prin circuite funcționale conforme cu normele de securitate.

201. În secțiile de boli somatice pentru copii sunt prevăzute boxe - minimum 5% din totalul paturilor și boxe pentru examinare și internare - minimum 3% din numărul de paturi.

202. Capacitatea maximă a saloanelor pentru copiii de peste 1 an și a celor pentru însoțitori nu trebuie să depășească două paturi.

203. Saloanele pentru copiii sub 1 an și saloanele de observație din secțiile obstetricale au maximum două paturi.

204. În secțiile pediatrice este amenajată o sufragerie pentru copiii de peste 3 ani.

205. În saloanele pentru copiii de peste 1 an, în camera de baie este instalat duș, iar pentru copiii sub 1 an este prevăzută o cadă în salon sau în încăperea asistentei de gardă.

206. Planificarea arhitecturală a spațiilor pediatrice la etajele inferioare asigură posibilitatea evacuării rapide și în siguranță a copiilor și a însoțitorilor în caz de urgență (incendiu, cutremur, urgență medicală), inclusiv prin rampe de acces, coridoare largite și ieșiri de urgență marcate și accesibile.

207. Secțiile amplasate la parter sau la etajele inferioare trebuie să dispună de căi de acces adaptate pentru transportul pacienților în scaun cu roțile, târgi sau paturi mobile, precum și pentru însoțitorii acestora.

Secțiunea a 3-a

Departamentele de obstetrică-ginecologie

208. Secțiile de obstetrică-ginecologie din spitalele poliprofilate sunt organizate distinct pentru obstetrică și pentru ginecologie, fiecare dispunând de anexe medicale separate (săli de naștere, săli de operație), spații de deservire (saloane, grupuri sanitare) și spații tehnico-gospodărești (depozite, lenjerii, deșeuri).

209. Organizarea funcțională a secțiilor poate urma unul dintre următoarele modele:

209.1. compartimente separate pentru mame și nou-născuți, fiecare cu anexe medicale, cu spații de deservire și gospodărești proprii; între acestea este amplasată o zonă comună pentru alăptare;

209.2. secții mixte pentru mame și nou-născuți, compuse din cel puțin două saloane pentru mame (cu 3-5 paturi fiecare), două saloane pentru nou-născuți și spațiu de lucru pentru personalul medical;

209.3. rezerve individuale sau saloane comune pentru cazarea mamei împreună cu nou-născutul, dotate cu grupuri sanitare adaptate ambilor;

209.4. în cazul subpunctelor 209.1 și 209.2 anexele medicale și spațiile de deservire sunt grupate distinct pentru fiecare categorie de pacienți.

210. Indiferent de modelul organizatoric adoptat, se prevăd compartimente separate pentru mame și nou-născuți în cazurile cu risc epidemiologic sau medical.

211. Pentru cazurile de obstetrică patologică sunt amenajate saloane distincte, în compartimentele aseptice și septic, conform indicațiilor medicale.

212. Secția de obstetrică este amplasată la același nivel cu blocul de nașteri și cu sala de operații pentru cezariană, având un circuit separat de celelalte fluxuri ale spitalului.

213. În spitalele poliprofilate, blocul de nașteri poate fi integrat în cadrul departamentului de obstetrică-ginecologie.

214. Prestatorii de servicii obstetricale, fie ca unități independente, fie ca parte a unui spital poliprofilat, asigură zonarea clară a spațiilor, respectarea fluxurilor igienico-sanitare, condiții de muncă conforme cerințelor cadrului normativ privind securitatea și sănătatea în muncă pentru personal și respectarea regulilor privind internarea și

externarea.

215. Încăperile din departamentul de obstetrică-ginecologie, cu excepția vestiarelor, sunt compartimentate distinct pentru:

215.1. secția fiziologică (flux curat) – gravide și lăuze cu evoluție normală;

215.2. secția de observație (flux murdar) – paciente suspecte sau cu risc infecțios crescut.

216. Pentru toate secțiile curative și de obstetrică este prevăzută o cameră de decontaminare (pentru igienizarea recipientelor și echipamentelor reutilizabile), cu o suprafață minimă de 6 m², conform reglementărilor naționale și internaționale privind controlul infecțiilor.

217. Este asigurat un punct de consiliere pentru alăptare și nutriție postpartum, dotat corespunzător și deservit de personal instruit.

218. În structura departamentului este prevăzută conexiunea funcțională cu secția de terapie intensivă pentru mame și nou-născuți, astfel încât să se asigure răspunsul rapid în caz de urgență maternă sau neonatală.

219. Sălile de naștere și sălile de operație pentru cezariană sunt dotate cu sisteme de ventilație mecanică controlată, care să asigure:

219.1. un flux de aer unidirecțional (laminar) sau turbulent controlat, cu presiune pozitivă față de încăperile adiacente;

219.2. minimum 15 reîmprospătări ale aerului pe oră (ACH), dintre care cel puțin 3 cu aer proaspăt din exterior;

219.3. filtre de eficiență înaltă (HEPA H13 sau H14) în zonele critice;

219.4. temperatură controlată între 20 și 24°C și umiditate relativă între 40 și 60%.

220. Sistemele sunt monitorizate periodic și întreținute conform unui plan documentat de mentenanță tehnică și igienico-sanitară.

221. Ventilația în spațiile pentru îngrijirea nou-născuților este reglată astfel încât să se evite curenții de aer direcți spre incubatoare sau spre zonele de examinare și tratament, păstrând temperatura în intervalul 22-26°C și umiditatea relativă în jur de 50%. În secțiile de prematuri, controlul climatizării este asigurat prin sisteme independente și ajustabile.

Secțiunea a 4-a

Biroul de internare și zonele de primire și de așteptare a pacienților

222. Biroul de internare și zonele de primire și de așteptare sunt organizate astfel

încât să asigure trierea eficientă a pacienților, separarea fluxurilor (urgență, programări, cazuri cu risc epidemiologic) și prevenirea transmiterii infecțiilor.

223. Zona de așteptare este compartimentată funcțional, cu delimitare vizibilă între spațiile destinate pacienților suspecți de boli transmisibile și celorlalți pacienți.

224. Se asigură circuite separate pentru pacienții suspecți/infecțioși, cu posibilitatea izolării temporare a acestora într-o zonă-tampon sau într-un salon rezervat în mod special până la stabilirea diagnosticului.

225. Amplasarea serviciului de primire-internare se realizează în legătură directă cu accesul principal al spitalului, cu serviciul de urgență, precum și, după caz, cu serviciile de spitalizare de zi (dializă, chimioterapie, întreruperi de sarcină).

226. În cadrul spitalelor, secția de internare dispune obligatoriu de cel puțin câte un cabinet medical pentru următoarele profiluri medicale: pediatrie, obstetrică-ginecologie și adulți.

227. Este prevăzută o cameră de izolare temporară, dotată cu grup sanitar propriu, pentru pacienții care prezintă simptome infecțioase la internare, cu ventilație naturală sau mecanică.

228. Numărul de cabinete medicale pentru internare în spitalele poliprofilate și specializate este stabilit în funcție de capacitatea secțiilor cărora li se adresează.

229. Pentru specialitatea pediatrie, numărul minim de cabinete este următorul:

229.1. până la 150 de paturi – 1 cabinet;

229.2. între 151 și 300 de paturi – 2 cabinete;

229.3. peste 300 de paturi – 3 cabinete.

230. Pentru specialitatea obstetrică-ginecologie, numărul minim de cabinete se stabilește astfel:

230.1. până la 50 de paturi – 1 cabinet cu două boxe;

230.2. între 51 și 200 de paturi – 2 cabinete;

230.3. peste 200 de paturi – 3 cabinete.

231. Pentru secțiile destinate pacienților adulți, numărul minim de cabinete este următorul:

231.1. până la 200 de paturi – 1 cabinet;

231.2. între 200 și 400 de paturi – 2 cabinete;

231.3. peste 400 de paturi – 3 cabinete.

232. Spațiul de așteptare destinat pediatriei:

232.1. este separat fizic de spațiul de așteptare pentru adulți;

232.2. este prevăzut cu următoarele amenajări: zonă de triaj epidemiologic; cel puțin o boxă de izolare pentru copiii depistați cu afecțiuni contagioase, fiecare dotată cu grup sanitar propriu și cu acces direct către exteriorul clădirii.

233. La spitalele de pediatrie cu volum mare de activitate sunt amenajate minim 2-3 boxe de izolare.

234. În secțiile de internare, obstetrică și pediatrie sunt amenajate filtre sanitare pentru personalul medical, dotate cu vestiar și dușuri cu minimum o cabină de duș la fiecare cinci persoane.

235. Zonele de așteptare sunt dotate cu afișaje informative privind igiena mâinilor, eticheta tusei și regulile de comportament în incinta instituției.

Secțiunea a 5-a

Unitatea de primiri urgente

236. În funcție de tipul instituției medico-sanitare spitalicești, serviciul de urgență se organizează sub forma unei Unități de primiri urgente (UPU). Aceasta constituie o subdiviziune structurală destinată acordării asistenței medicale de urgență, aplicabilă inclusiv în spitalele generaliste și în cele specializate (cu profiluri limitate).

237. Din punct de vedere funcțional și igienico-sanitar, UPU include următoarele spații obligatorii:

237.1. zonă de triaj, organizată cu respectarea principiilor controlului infecțiilor și separării fluxurilor;

237.2. zonă de resuscitare (zonă roșie), echipată conform necesităților clinice și cu circuite igienico-sanitare corespunzătoare;

237.3. zonă de tratament pentru urgențele majore (zonă galbenă);

237.4. zonă de tratament pentru urgențele minore (zonă verde);

237.5. zonă de supraveghere (zonă albastră);

237.6. spațiu de izolare pentru pacienții cu risc infecțios crescut, dotat cu grup sanitar propriu și, de preferință, cu ventilație cu presiune negativă;

237.7. spațiu de documentare și informare medicală;

237.8. sală destinată intervențiilor minore și procedurilor chirurgicale de urgență;

237.9. spațiu pentru gipsare;

237.10. spațiu pentru consultații specializate interdisciplinare;

237.11. spațiu de depozitare pentru materiale sanitare, echipamente și consumabile; spațiu de așteptare pentru pacienți și însoțitori, cu zone separate pentru adulți și copii, conform principiilor de control al infecțiilor;

237.12. spațiu pentru igienizare și deparazitare a pacienților, dotat cu duș și echipamente corespunzătoare;

237.13. cameră de decontaminare a echipamentelor reutilizabile;

237.14. spații administrative pentru personalul medical și auxiliar;

237.15. spațiu pentru colectarea și depozitarea temporară a lenjeriei murdare, a deșeurilor medicale și a echipamentelor de curățenie;

237.16. vestiare, grupuri sanitare și zone de odihnă pentru personal;

237.17. UPU este amplasată în legătură directă cu accesul principal al spitalului și permite conexiuni funcționale rapide și separate cu secția de internare, cu blocul operator, cu unitatea de terapie intensivă, cu serviciile de radiologie și investigații funcționale și cu laboratorul de analize medicale.

Secțiunea a 6-a

Secția consultativă de ambulatoriu

238. Secția consultativă de ambulatoriu este amplasată în proximitatea accesului principal al instituției medicale și are circuite funcționale distincte față de secțiile cu risc înalt (de ex., UPU, secții de boli infecțioase, saloane de internare).

239. În structura funcțională a secției consultative sunt asigurate următoarele spații, în conformitate cu profilul instituției medicale:

239.1. cabinete de consultații medicale, organizate pe specialități corespunzătoare profilului spitalului, precum și pe specialități conexe;

239.2. încăperi destinate efectuării pansamentelor și tratamentelor curente;

239.3. spații de așteptare corespunzătoare fiecărui cabinet;

239.4. birou pentru programarea, evidența și înregistrarea pacienților;

239.5. spații anexe pentru personalul medical (vestiare, grupuri sanitare, spații de odihnă);

239.6. grupuri sanitare pentru pacienți, nișe de curățenie și spațiu pentru stocarea temporară a deșeurilor medicale.

240. Componenta funcțională și suprafețele minime pentru cabinetele de consultații și pentru sălile de proceduri se stabilesc în conformitate cu prevederile anexei.

241. Numărul cabinetelor de consultații, precum și cel al spațiilor anexe aferente este determinat în funcție de volumul estimat de consultații pentru fiecare specialitate.

242. Spațiile de așteptare și grupurile sanitare destinate copiilor sunt separate fizic de cele destinate adulților, cu respectarea cerințelor privind accesibilitatea și siguranța.

243. Accesul în secția consultativă se realizează astfel:

243.1. direct din exterior, caz în care se vor asigura spații specifice de primire, inclusiv garderobă, punct de informații și controlul accesului;

243.2. prin holul principal al spitalului, caz în care pacienții vor beneficia de infrastructura comună destinată vizitatorilor și însoțitorilor.

244. Amplasarea secției consultative în cadrul spitalului permite conexiuni funcționale directe cu serviciile de investigații și explorări paraclinice, precum și cu structura de spitalizare de zi, dacă există.

Secțiunea a 7-a

Blocul operator

245. Blocul operator este unitatea funcțională care reunește toate sălile de operație necesare desfășurării intervențiilor chirurgicale pentru diverse specialități medico-chirurgicale. În spitalele multiprofilate, profilurile care utilizează blocul operator includ: chirurgie generală (colorectală, hepatobiliopancreatică, toracică, vasculară, viscerală abdominală), chirurgie septică, ortopedie, traumatologie, vertebrologie, microchirurgie și arsuri, neurochirurgie, chirurgie oro-maxilo-facială, chirurgie endoscopică, chirurgie cardiacă (pediatrie și adulți), urologie, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ORL, chirurgie pediatrică, chirurgie oncologică, precum și intervențiile de urgență.

246. În funcție de numărul de paturi chirurgicale și de specificul activităților medicale, anumite secții pot dispune de săli de operații proprii, amplasate în afara blocului operator centralizat.

247. Blocul operator centralizat este alcătuit din sala de operații și din încăperi auxiliare, organizate conform cerințelor de igienă și control al infecțiilor.

248. Blocul operator poate fi amplasat fie în clădiri independente (blocuri-anexă), fie în secții izolate din cadrul clădirii principale. Dacă blocul operator este amplasat în afara clădirilor clinice, se asigură pasarele sau coridor de legătură încălzit și protejat, care facilitează circulația personalului și a pacienților în condiții de siguranță.

249. Accesul personalului în blocul operator se realizează prin filtre sanitare conforme, iar accesul pacienților se face prin spații de tip ecluză.

250. Organizarea funcțională a blocului operator se realizează pe baza principiului zonării stricte, după cum urmează:

250.1. zona „sterilă”: include sălile de operație, spațiul de spălare chirurgicală, zona

de depozitare a materialelor sterile, vestiarele de echipare a echipei operatorii;

250.2. zona „curată”: include spațiile de transport al pacientului, trecerea personalului, pregătirea preoperatorie, camera de trezire postoperatorie;

250.3. zona murdară: include spațiile pentru evacuarea deșeurilor medicale și a lenjeriei utilizate.

251. Componenta minimă a unui bloc operator include următoarele:

251.1. săli de operație cu filtru sanitar pentru personal (vestiar, grup sanitar, zonă de echipare/dezechipare, zonă pentru depozitare echipament individual uzat);

251.2. cameră de odihnă pentru personalul medical;

251.3. spații de curățenie și de colectare a materialelor murdare (rufe, deșeuri);

251.4. spații tehnice pentru instalațiile aferente blocului operator, care sunt amplasate în afara blocului operator, dar în imediata vecinătate a acestuia, și cuprind următoarele zone: stație de preparare a apei sterile, stație de gaz anestezic și centrală de tratare și de ventilare a aerului.

252. Ușile sălilor de operații au o lățime de minimum 1,20 m, pentru a permite accesul facil al tărgilor și al echipamentelor.

253. Sălile de operație sunt echipate cu sisteme de închidere automată (fotocelule, dispozitive automate de închidere), pentru menținerea controlului microclimatului și al presiunii aerului.

254. În sala de operații sunt instalate minimum două chiuvete cu robinete acționate fără contact manual (cu senzori sau pedală), situate în zona de spălare chirurgicală, cu dispensare pentru săpun antiseptic și dezinfectant pentru mâini.

255. Fiecare sală de operație este dotată, obligatoriu, cu sistem de iluminat de urgență și cu sursă secundară de alimentare electrică (UPS sau generator automat), cu console funcționale pentru gaze medicale (inclusiv oxigen, protoxid de azot, aer comprimat și vacuum), cu sistem de comunicare internă (interfon sau panou digital) și cu ceas sincronizat pentru documentarea precisă a duratei intervențiilor chirurgicale.

256. Blocul operator este conectat funcțional cu secțiile de anestezie-terapie intensivă și cu sterilizarea centrală, pentru asigurarea continuității și siguranței actului medical.

257. Aerul introdus în sălile de operații, de naștere, de reanimare, de terapie intensivă, în saloanele postoperatorii și în spațiile destinate pacienților cu arsuri sau cu imunosupresie este tratat prin sisteme de dezinfecție a aerului, care asigură o eficiență de filtrare de minimum 95%.

258. În cadrul blocului operator se asigură un spațiu distinct pentru stocarea temporară a echipamentului steril, un spațiu separat pentru depozitarea temporară a

deșeurilor periculoase, precum și un sistem funcțional de trasabilitate a materialelor și dispozitivelor medicale, care include etichetarea, identificarea loturilor și monitorizarea termenelor de valabilitate.

259. Accesul în zona „sterilă” se face doar prin filtre sanitare cu acces controlat.

260. Între două intervenții chirurgicale succesive efectuate în aceeași sală de operație se asigură un interval de minimum de 20-30 de minute, destinat realizării curățeniei și dezinfecției.

261. Corpurile de iluminat operator sunt reglabile și fără zone de umbră, conform standardelor SM EN 60601-2-41.

262. Separarea strictă a circuitelor funcționale pentru personal, pacienți, materiale sterile și deșeuri este obligatorie, fiind asigurată prin amenajări fizice corespunzătoare (uși dedicate, culoare separate) și marcaje vizuale clare.

Secțiunea a 8-a

Departamentul de anestezie și terapie

intensivă (ATI)

263. Departamentul ATI asigură îngrijirea continuă și supravegherea medicală permanentă (24/7) a pacienților în stare critică, care necesită tratamente intensive și monitorizare specializată.

264. Structura funcțională a secției ATI include două compartimente distincte: unul pentru pacienții transferați din alte secții curative și unul pentru cei internați direct în regim de urgență.

265. Componenta și suprafața încăperilor este stabilită în conformitate cu cerințele din documentația tehnică de proiectare, cu respectarea normelor igienico-sanitare și funcționale.

266. Secția ATI este organizată în spații special amenajate, care să permită:

266.1. izolarea compartimentului cu paturi față de alte unități funcționale (bloc operator, punct transfuzional);

266.2. conexiunea rapidă cu UPU;

266.3. accesul separat pentru personal, pacienți și vizitatori;

266.4. prezența în proximitate a unui ascensor pentru paturi, în cazul amplasării la alt etaj decât parterul.

267. Traseele funcționale între secția ATI și alte unități (bloc operator, laborator, imagistică, sterilizare) sunt cât mai scurte și separate, pentru a permite transferul rapid și sigur al pacienților.

268. Capacitatea secției ATI este de minimum 5% din totalul paturilor spitalului. Pentru spitalele de urgență, capacitatea poate ajunge până la 10-15% din totalul paturilor.

269. În spitalele în care serviciul ATI are mai puțin de 15 paturi sau în spitalele de specialitate cu secții mari, spațiile sunt zonate în compartimente aseptice și septice, în funcție de profilul pacienților și de riscul infecțios.

270. Accesul vizitatorilor în secția ATI este reglementat printr-un program afișat la intrare. Accesul este realizat doar cu acordul personalului, prin intermediul unui sistem de avertizare (sonerie, interfon).

271. Structura funcțională a secției ATI cuprinde următoarele zone:

271.1. zona administrativă - spațiile pentru personalul medical și auxiliar, inclusiv birouri, vestiare și spații pentru activități didactice;

271.2. zona curativă - compartimentată cu paturi și, după caz, cu un laborator;

271.3. zona tehnică - depozite pentru echipamente și medicamente, cameră pentru igienizarea obiectelor, boxă pentru lenjeria curată și murdară, spațiu pentru colectarea deșeurilor;

271.4. vestiar-filtru pentru personalul medical, prevăzut cu grup sanitar și dușuri;

271.5. în cadrul secției ATI este asigurată cel puțin o rezervă de un pat cu grup sanitar pentru cazurile care necesită izolare bazată pe tipul de transmitere a infecției.

272. Secția ATI este, de obicei, amplasată la același nivel cu blocul operator. În cazul amplasării la un alt etaj, se asigură o legătură directă, prin scară și ascensor special destinat transportului pacienților.

Secțiunea a 9-a

Centrul perinatal/blocul de nașteri

273. Blocul de nașteri reprezintă structura funcțională destinată asigurării centralizate a asistenței medicale calificate pentru parturiente, pe întreg parcursul procesului de naștere - travaliu, expulzie și postpartum imediat.

274. Blocul de nașteri include următoarele componente spațio-funcționale esențiale:

274.1. zonă de acces cu filtru sanitar, prevăzută cu vestiare separate pe sexe pentru personal, grupuri sanitare și dușuri igienice, precum și grup sanitar pentru paciente;

274.2. săli de naștere dimensionate și organizate pentru desfășurarea celor trei faze - travaliu, expulzie și postpartum;

274.3. cameră de resuscitare neonatală, amplasată în imediata vecinătate a sălii de nașteri;

274.4. opțional, sală de operație pentru intervenții obstetricale urgente;

274.5. spații tehnico-gospodărești, inclusiv oficiu alimentar, spațiu pentru depozitarea lenjeriei curate, cameră sanitară pentru lenjeria murdară și spațiu pentru colectarea temporară a deșeurilor medicale.

275. Blocul de nașteri (centrul perinatal) este organizat pe un circuit funcțional închis, controlat strict prin filtre de acces, în vederea prevenirii riscului de infecții asociate asistenței medicale.

276. Compartimentul de naștere este organizat astfel:

276.1. cameră de travaliu tip salon, cu 2-3 paturi (suprafață recomandată: 14-20 m²), conectată direct la sala de nașteri (minimum 25 m²), care include o zonă dedicată îngrijirii primare a nou-născutului;

276.2. cameră de supraveghere postpartum, cu 2-3 paturi, toate cele trei spații fiind interconectate prin uși, în vederea asigurării continuității îngrijirilor și fluidității circuitului funcțional.

Secțiunea a 10-a

Laboratorul de analize medicale

277. Laboratorul de analize medicale poate deservi atât pacienții internați în instituția medicală, cât și pacienții tratați în regim de ambulatoriu.

278. Organizarea, funcționarea și dotarea laboratorului este organizată în conformitate cu normele și reglementările elaborate de către Ministerul Sănătății.

279. Încăperile destinate activităților cu risc ridicat (degajări de noxe, vapori toxici, aerosoli biologici, radiații) sunt izolate structural, iar zonele de lucru care implică aceste procese sunt compartimentate prin boxe sau nișe special amenajate.

280. Activitățile care necesită condiții speciale (de ex., mediu aseptice sau sterile) sunt desfășurate în spații speciale, prevăzute cu echipamente și cu măsuri corespunzătoare pentru menținerea parametrilor critici de igienă și siguranță.

281. Încăperile laboratorului sunt protejate împotriva insolației directe și asigură iluminarea uniformă în zonele de lucru. Orientarea recomandată pentru ferestre este către nord, nord-est sau nord-vest.

282. În cazul în care orientarea fațadelor nu permite evitarea insolației directe, se aplică măsuri de ecranare (geamuri termoabsorbante, parasolare, *brise-soleil*).

283. Laboratorul se organizează în circuit funcțional închis, cu acces permis exclusiv personalului calificat.

284. Pacienții și personalul medical din alte secții au acces doar în spațiile special destinate: zona de recoltare a probelor biologice, camera de primire a probelor și ghișeul de

eliberare a rezultatelor.

285. Fiecare încăpăre de lucru din cadrul compartimentelor de bacteriologie, virusologie, microbiologie, biochimie și alte tipuri de laboratoare existente este dotată cu sursă de apă potabilă rece și caldă, cu iluminat și cu acces la rețeaua de gaze (după caz).

286. Amplasarea laboratorului permite conexiuni directe cu serviciul de explorări funcționale și acces facil spre secțiile de spitalizare, ambulatoriu, serviciul de urgență și structura de spitalizare de zi.

287. Laboratorul de microbiologie este izolat de celelalte compartimente de laborator, pentru a preveni contaminarea încrucișată.

288. În cazul în care compartimentele laboratorului sunt distribuite pe mai multe niveluri ale clădirii (organizare verticală), este obligatorie asigurarea unui circuit funcțional sigur și separat pentru transportul probelor, materialelor și personalului, prin intermediul ascensoarelor speciale, al scărilor tehnice sau al altor mijloace conforme cu cerințele de igienă și control al infecțiilor. Compartimentul de microbiologie este amplasat la ultimul nivel al clădirii, pentru a preveni riscul de contaminare încrucișată, și este dotat cu un sistem separat de evacuare a aerului deasupra acoperișului clădirii.

289. Încăperile în care se procesează produse biologice cu risc infecțios crescut (bacteriologie, virologie, manipulare SARS-CoV-2) sunt echipate cu sisteme de ventilație mecanică și filtrare HEPA, cu menținerea presiunii negative acolo unde este necesar.

290. Este asigurată separarea clară între zona de recepție și triaj probe, zona de prelucrare analitică, zona de validare rezultate și raportare și zona administrativă.

291. Activitatea de recoltare se desfășoară în încăperi special amenajate, separate de zonele administrative și de laboratorul de analiză.

292. Probele biologice se păstrează în containere de transport conforme, etanșe și dezinfectabile până la predarea în laborator.

293. Se asigură lanțul frigorific (2-8°C pentru majoritatea probelor) atunci când este necesară păstrarea până la procesare.

294. Laboratoarele care manipulează probe de la pacienții cu boli transmisibile includ boxe de siguranță biologică clasa II sau III (în funcție de nivelul de risc), conform standardelor de biosecuritate.

295. Probele biologice contaminate sau expirate se consideră deșeuri periculoase și se elimină conform procedurilor de biosecuritate.

296. Este obligatorie existența unui spațiu distinct pentru spălarea, decontaminarea și sterilizarea echipamentelor reutilizabile (pipete, suporturi) în afara fluxului de lucru principal.

297. Spațiile de recoltare și de păstrare sunt dotate cu recipiente speciale pentru

deșeuri periculoase (cutii pentru ace, saci galbeni, containere etanșe).

298. Se interzice manipularea simultană a probelor provenite din surse diferite în același spațiu fără măsuri de protecție specifice (schimbare echipament, dezinfecție, utilizare de echipamente separate).

299. Personalul de laborator urmează cursuri periodice de biosecuritate, igienă și management al riscurilor. Este prevăzut un plan de instruire continuă și audituri interne.

300. Laboratoarele care utilizează substanțe radioactive (de ex., pentru radioimunotestări) respectă reglementările privind protecția radiologică (pereți ecranati, semnalizare, monitorizare doze, personal autorizat).

301. Se asigură un spațiu special pentru îmbrăcarea/dezbrăcarea echipamentului individual de protecție în apropierea intrărilor în zonele de lucru cu material biologic contaminat.

302. Laboratorul are conexiune directă (informatizată) cu serviciile de urgență, de spitalizare, de ambulatoriu, pentru transmiterea rapidă a rezultatelor și alertelor microbiologice.

303. În cadrul laboratorului de analize medicale este interzisă desfășurarea oricăror activități sau proceduri care nu fac parte din procesul autorizat de testare, de analiză, de recoltare și de prelucrare sau de raportare a probelor biologice. Utilizarea spațiilor de laborator în alte scopuri decât cele strict reglementate este interzisă, în vederea asigurării trasabilității, securității microbiologice și calității actului medical.

Secțiunea a 11-a

Serviciul de radiologie de diagnostic și radiologie

intervențională, imagistică și diagnostic funcțional

304. Serviciul de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, imagistică medicală și diagnostic funcțional cuprinde totalitatea investigațiilor clinice efectuate prin utilizarea radiațiilor ionizante (Roentgen), a altor tipuri de energii fizice (ecografie, RMN) și a echipamentelor destinate diagnosticului funcțional.

305. Înființarea, amplasarea și funcționarea acestor servicii se realizează cu respectarea reglementărilor privind securitatea electromagnetică și radioprotecția, precum și a normelor de igienă aplicabile spațiilor medicale, conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, Legii nr. 289/2022 cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică și Hotărârii Guvernului nr. 451/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională.

306. Utilizarea radiațiilor Röntgen în scopuri de radiodiagnostic medical, precum și cerințele privind echipamentele, instalațiile, structura, dimensionarea și protecția radiologică a încăperilor în care acestea sunt instalate, se realizează cu respectarea strictă a

normelor naționale privind securitatea nucleară și regimul de utilizare a surselor de radiații ionizante, conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, Legii nr. 289/2022 cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică și Hotărârii Guvernului nr. 451/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională.

307. La proiectare sau reamenajare, dimensionarea și structurarea serviciului sunt dependente de numărul și de tipul de aparate radiologice care se instalează, de cerințele fluxului medical specific și de considerentele de optimizare a măsurilor de radioprotecție. Pentru fiecare aparat sunt stabilite exact necesarul de încăperi și suprafața și condițiile tehnologice de montaj. Suprafața sălii unde urmează să fie amplasată instalația Röntgen este stabilită conform indicațiilor producătorului privind suprafața minimă necesară montării instalației respective. Nu se admite montarea instalațiilor radiologice în săli cu o suprafață mai mică decât cea recomandată de producător sau limitarea capacităților tehnice ale instalației din cauza suprafețelor insuficiente. Nu se admite amplasarea sălilor de proceduri de radiodiagnostic general și de radiologie intervențională, a încăperilor laboratorului de medicină nucleară care utilizează preparate radiofarmaceutice, a cabinetelor de radioterapie cu surse de radiații ionizante în vecinătatea (pe orizontală și verticală) saloanelor pentru copii și gravide și în instituțiile instructiv-educative pentru copii. Nu se admite amplasarea sălilor de proceduri de radiodiagnostic în incinta blocurilor locative. Se admite însă amplasarea sălilor de proceduri pentru radiodiagnostic dentar în blocurile locative.

308. Pentru fiecare echipament Röntgen utilizat individual sau pentru ansamblurile de aparate interconectate, este organizată o unitate funcțională distinctă de examinare, care asigură desfășurarea în condiții de siguranță a investigațiilor și respectarea cerințelor de radioprotecție, conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice și Hotărârii Guvernului nr. 451/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională.

309. Compartimentul de imagistică și diagnostic funcțional cuprinde următoarele categorii de spații funcționale, dimensionate corespunzător volumului de activitate și specificului investigațiilor realizate:

309.1. unități funcționale de examinare, alcătuite din camere de investigație, posturi de comandă și control, boxe pentru dezbrăcarea pacienților, precum și spații sanitare și tehnice aferente;

309.2. spații de așteptare pentru pacienți, dotate cu grupuri sanitare separate pe sexe și adaptate persoanelor cu dizabilități;

309.3. spații medicale de suport pentru pacient, inclusiv zonă de înregistrare, cabinete de consultații și zone pentru recepția pacienților și pentru eliberarea rezultatelor;

309.4. spații pentru personalul medical și auxiliar, precum cabinete de lucru, camere

de repaus, vestiare cu dușuri și grupuri sanitare;

309.5. spații tehnice pentru procesarea și arhivarea imaginilor medicale, inclusiv încăperi pentru dezvoltare, triere, uscare, citire depozitare și arhivare a filmelor radiologice (dacă este utilizată tehnologie analogică);

309.6. spații destinate întreținerii și activităților gospodărești, cum ar fi camera tehnicianului de întreținere, depozite pentru piese de schimb și boxe pentru curățenie și igienizare.

310. Compartimentul de rx-scopie și rx-grafie clasică, componentă standard în cadrul spitalelor, include următoarele încăperi funcționale, dimensionate și dotate în conformitate cu cerințele de protecție radiologică și cu fluxul medical specific:

310.1. două camere de investigație, fiecare cu o suprafață minimă de 20 m² și cu un raport între laturi de minimum 2:3, prevăzute cu ecranare adecvată nivelului de radiații emis de aparatura utilizată;

310.2. o cameră de comandă comună, cu suprafața minimă de 8 m², echipată cu vizoare din sticlă plumbată orientate spre camerele de investigație sau cu sistem de monitorizare video cu afișare în timp real;

310.3. boxe pentru îmbrăcarea și dezbrăcarea pacienților, amplasate pe traseul de acces către camerele de investigație, pentru asigurarea intimității și pentru respectarea circuitelor igienico-sanitare;

310.4. spațiu de lucru pentru tehnicienii radiologi și personalul mediu sanitar, destinat pregătirii materialelor de contrast și a seringilor, cu o suprafață minimă de 6 m², în relație directă cu camerele de investigație;

310.5. grup sanitar pentru pacienți, situat în proximitatea camerei de rx-scopie, accesibil direct de pe circuitul funcțional.

311. Zona de angiografie, destinată procedurilor de cateterism vascular, include cel puțin următoarele spații funcționale: spațiu de pregătire a pacientului, boxă separată pentru curățarea și igienizarea instrumentarului utilizat, camera de investigație cu o suprafață minimă de 25 m².

312. Zona de tomografie computerizată (CT) cuprinde următoarele încăperi funcționale: cameră de investigație (minimum 30-35 m²), cameră de comandă (minimum 15 m²), dotată cu fereastră ecranată (plumbată) de vizualizare, cameră pentru echipamente informatice (10-12 m²), cameră pentru pregătirea pacientului, boxe pentru îmbrăcare-dezbrăcare, cameră pentru evaluarea pacientului, spații tehnice suplimentare, conform cerințelor specifice ale furnizorului echipamentului.

313. Zona de radiografie a cutiei toracice în regim digital include: cameră de investigație (18 m²), cameră de comandă, care poate funcționa și ca spațiu de operare pentru personalul tehnic, și boxe de îmbrăcare-dezbrăcare pentru pacienți.

314. Spațiile pentru prelucrarea filmelor radiologice (developare, uscare, citire) sunt dimensionate în funcție de volumul estimativ de filme prelucrate și de tehnologia utilizată (manuală sau automată).

315. Depozitul pentru filmele radiologice neexpuse este protejat împotriva radiațiilor termice și Röntgen.

316. Departamentul de imagistică și diagnostic funcțional este amplasat, preferabil, la nivelele inferioare ale clădirii (demisol, parter sau etajul 1), având în vedere greutatea aparaturii și necesitatea implementării de elemente structurale pentru ecranarea radiologică (plumb, tencuieli baritate).

317. Amplasarea în vecinătatea unităților radiologice a altor servicii sau compartimente spitalicești este permisă doar dacă se aplică măsuri conforme cu normele naționale privind radioprotecția și securitatea radiologică, prin elemente constructive corespunzătoare (pereți, plafoane sau planșee ecranate) conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice și Hotărârii Guvernului nr. 451/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională.

318. Serviciul de imagistică și diagnostic funcțional este interconectat funcțional prin circuite directe și scurte cu blocul operator, serviciul de urgență, secțiile medicale și serviciul de explorări funcționale.

319. În spitalele mari și foarte mari, unitățile radiologice pot funcționa și ca unități satelit, amplasate în proximitatea blocului operator, în zona de urgență sau în alte secții specializate, precum ortopedia, asigurând respectarea normelor de radioprotecție, conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, Hotărârii Guvernului nr. 451/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională și actelor normative aprobate în temeiul acestora.

320. Instalarea și exploatarea echipamentelor care utilizează câmpuri electromagnetice (inclusiv RMN sau alte tehnologii avansate) se efectuează cu respectarea integrală a normelor sanitare și a reglementărilor tehnice ale producătorului privind siguranța electromagnetică și protecția personalului și pacienților.

321. În spațiul destinat iradierii cu raze ultraviolete artificiale se amenajează, obligatoriu, vestiare distincte pentru pacienți, cabine de duș igienice, separate pe sexe, un post de lucru pentru asistenta medicului/operator, amplasat în proximitatea zonei de iradiere, cu vizibilitate directă asupra pacienților.

322. Echipamentele de fizioterapie se instalează în cabine individuale sau în zone delimitate prin paravane lavabile, care asigură intimitate și protecție. Cabinele se construiesc din materiale izolatoare (plastic, lemn tratat sau țevi metalice inoxidabile), fără contact direct cu pardoseala sau cu pereții, pentru a preveni propagarea electrică sau termică nedorită.

323. Fiecare cabină de fizioterapie este destinată utilizării unui singur aparat, în

vederea respectării măsurilor de siguranță și evitării interferențelor electromagnetice sau suprasolicitării spațiului.

324. Aparatele pentru terapii cu frecvență înaltă sau foarte înaltă (de ex., unde scurte, microunde), inclusiv cele prevăzute cu plăci de condensator reglabile, se instalează în încăperi sau cabine special amenajate, ecranate cu materiale adecvate (de ex., țesături cu microfibre conductoare), conform prevederilor tehnice ale producătorului.

325. În instituțiile medicale autorizate, inclusiv în structurile de tip staționar de zi, se permite amplasarea instalațiilor de radiodiagnostic pentru scopuri de diagnostic (de ex., mamograf, ortopantomograf, radiofiziograf), cu condiția respectării prevederilor privind autorizarea și controlul utilizării surselor de radiații, emise de autoritatea competentă în domeniul securității nucleare, conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, Legii nr. 289/2022 cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică și Hotărârii Guvernului nr. 451/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecție, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, precum și actelor normative aprobate în temeiul acestora.

326. Spațiile pentru iradiere UV și fizioterapie sunt prevăzute cu sisteme de ventilație mecanică controlată, care să asigure un schimb de aer adecvat (minimum 6 schimburi/oră), menținerea presiunii pozitive, acolo unde este necesar, și evitarea acumulării de vapori sau de ozon (în cazul lămpilor UV).

327. Accesul personalului în zonele de tratament UV sau cu frecvență înaltă este reglementat prin:

327.1. semnalizare luminoasă „NU INTRAȚI - TRATAMENT ÎN CURS”;

327.2. echipamente de protecție individuală, inclusiv ochelari pentru protecția UV sau pentru câmp electromagnetic;

327.3. instruire periodică privind riscurile și utilizarea echipamentelor (cu documente doveditoare).

328. Fiecare cabină este dotată cu sistem de alertare rapidă (buton de panică sau sonerie) conectat la postul de supraveghere, pentru intervenție imediată în caz de sincopă, de reacție adversă sau de urgență medicală.

329. Pentru spațiile destinate iradierii cu raze ultraviolete, se impune efectuarea periodică a măsurătorilor intensității radiației emise, verificarea duratei de viață a lămpilor UV conform specificațiilor tehnice ale producătorului, precum și realizarea testelor de sterilitate sau a controalelor microbiologice de mediu, în funcție de tipul activității desfășurate (de ex., în scopul profilaxiei infecțiilor asociate asistenței medicale).

Secțiunea a 12-a

Laboratorul de explorări funcționale

330. Laboratorul de explorări funcționale constituie o structură centralizată la nivelul instituției medicale, destinată efectuării unui spectru larg de investigații bazate pe echipamente medicale specializate de înaltă tehnologie, care permit evaluarea potențialului funcțional al diferitelor organe și sisteme ale organismului uman.

331. Amplasarea cabinetelor de profil radiologic și a spațiilor destinate manipulării substanțelor radioactive se realizează cu respectarea prevederilor în domeniu ale Normelor fundamentale de radioprotecție, inclusiv NFRP-2000 nr. 06.5.3.34 din 27 februarie 2001.

332. La proiectarea sau reamenajarea laboratorului de explorări funcționale se ține cont de următoarele aspecte:

332.1. tipologia și numărul laboratoarelor necesare, în funcție de mărimea și de profilul instituției;

332.2. organizarea funcțională generală a laboratorului, stabilită împreună cu proiectantul;

332.3. echipamentele medicale prevăzute pentru dotare, având în vedere cerințele tehnice ale producătorilor, care influențează direct configurarea și dimensionarea spațiilor.

333. În spitalele multifuncționale de dimensiuni medii și mari, în procesul de proiectare sau de reamenajare a laboratorului de explorări funcționale, se respectă următoarele cerințe:

333.1. se stabilește tipul și numărul laboratoarelor de explorări funcționale necesare, în funcție de mărimea, de profilul și de complexitatea serviciilor medicale oferite de instituție;

333.2. împreună cu proiectantul, se definește modul de organizare generală a laboratorului, inclusiv schema de compartimentare funcțională, adaptată circuitelor medicale și cerințelor de operare;

333.3. se indică echipamentul medical propus pentru dotarea fiecărui compartiment, ținând cont de specificațiile tehnice ale producătorilor, întrucât conformarea și dimensionarea spațiilor se realizează în funcție de cerințele tehnologice ale acestora.

334. În mod obișnuit, în spitalele generale de dimensiuni medii și mari, unitățile de explorări funcționale se organizează pe compartimente, în funcție de organele și de sistemele anatomofiziologice investigate. Structura recomandată include următoarele compartimente:

334.1. explorări cardiorespiratorii și cardiovasculare;

334.2. explorări ale funcțiilor digestive;

334.3. explorări ale sistemului nervos;

334.4. explorări ale funcțiilor metabolice;

334.5. explorări ale funcțiilor renale;

334.6. explorări oftalmologice;

334.7. explorări imagistice generale.

335. În cadrul laboratorului de explorări funcționale, organizarea spațiilor se realizează astfel:

335.1. laboratoarele din cadrul aceluiași compartiment funcțional sunt grupate într-un circuit intern clar definit, care include, pe lângă cabinetele de examinare propriu-zisă, următoarele spații:

335.1.1. încăperi de lucru pentru personalul medical și sanitar mediu;

335.1.2. camere pentru pregătirea pacienților, acolo unde este necesar;

335.1.3. anexe sanitare și gospodărești;

335.1.4. spații tehnice aferente echipamentelor medicale;

335.2. pentru fiecare compartiment funcțional sau, după caz, în comun pentru 2-3 compartimente (în funcție de dimensiunea și structura organizatorică a serviciului), se amenajează:

335.2.1. spații de așteptare pentru pacienți, dotate cu grupuri sanitare aferente;

335.2.2. un ghișeu de relații cu pacientul, destinat informării, programării și eliberării rezultatelor investigațiilor.

336. Având în vedere progresul tehnologic în domeniul investigațiilor endoscopice și laparoscopice, care integrează tot mai frecvent proceduri terapeutice invazive (precum cauterizări, excizii, suturi), laboratoarele de endoscopie sunt organizate ca unități funcționale autonome, distincte de celelalte compartimente de explorări funcționale. Acestea sunt dotate corespunzător cu spații medicale, tehnice și auxiliare necesare desfășurării activităților în condiții de siguranță și eficiență, respectând cerințele aplicabile blocurilor operatorii din punctul de vedere al organizării funcționale, al circuitelor funcționale, al igienei și al controlului infecțiilor.

337. În cadrul spitalelor de dimensiuni mari și foarte mari, anumite unități de explorări funcționale pot fi amplasate și în cadrul secțiilor medicale cu paturi, în completarea serviciului centralizat de profil, în funcție de necesitățile specifice ale specialităților respective. Astfel de exemple includ, fără a se limita la acestea, cabinetul de ecografie integrat în secția de obstetrică-ginecologie sau cabinetul de electrocardiografie (EKG) în secția de cardiologie.

338. Laboratorul de explorări funcționale este amplasat în proximitatea serviciului de radiodiagnostic și a laboratorului de analize medicale, în vederea asigurării unui flux funcțional optim și facilitării accesului pacienților și personalului medical la serviciile diagnostice conexe.

339. Laboratorul de explorări funcționale este conectat funcțional, prin circuite clare și prin acces facil, cu serviciul de urgență, cu sectorul ambulatoriu și cu structura de spitalizare de zi, în scopul asigurării continuității actului medical și eficienței în diagnostic.

340. Nu este permisă amplasarea, pe același nivel sau pe nivele adiacente (superioare sau inferioare), a saloanelor destinate internării copiilor și gravidelor în imediata vecinătate a sălilor de proceduri aferente cabinetelor de radiodiagnostic, cabinetelor și încăperilor de radioterapie care utilizează surse de radiații ionizante, încăperilor laboratorului de diagnostic radioizotopic în care se desfășoară activități clasificate cu gradul I sau II de pericol, conform Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în practicile de medicină nucleară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1210/2016.

341. Secția de radiodiagnostic dispune de căi de acces separate pentru pacienții internați și pentru vizitatorii din ambulatoriu. Circulația între aceste zone se organizează astfel încât secțiile spitalului să nu fie utilizate ca traseu de acces către radiodiagnostic.

342. Se interzice accesul persoanelor neautorizate în spațiile de examinare radiologică.

343. Circuitele pacienților, ale personalului medical și ale materialelor (inclusiv echipamentele portabile radiologice) sunt clar delimitate și marcate, pentru a se încrucișările și aglomerările, în special în zonele de așteptare și de triaj.

344. Între zona de acces și camerele de investigație există spații tampon (de ex., zone de triaj și boxe de dezbrăcare) care previn contaminarea încrucișată și permit respectarea măsurilor de protecție individuală.

345. În cazul investigațiilor pentru pacienții cu boli transmisibile, este necesar un traseu separat sau planificarea distinctă a investigațiilor, cu măsuri speciale de dezinfecție după fiecare caz.

Secțiunea a 13-a

Laboratoarele de medicină nucleară

346. Procedurile medicale care implică utilizarea substanțelor radiofarmaceutice în scop diagnostic și/sau terapeutic se desfășoară exclusiv în cadrul unui compartiment specializat, izolat funcțional și structural de celelalte activități medicale - denumit laborator de medicină nucleară. Acest compartiment se organizează în spitalele generale mari și foarte mari, precum și, după caz, în spitalele de specialitate, cum ar fi cele cu profil de oncologie, endocrinologie, reumatologie sau alte specialități care justifică utilizarea tehnologiilor specifice medicinei nucleare.

347. În structura serviciului de medicină nucleară pot fi incluse, în funcție de specificul activității, următoarele compartimente funcționale:

347.1. compartimentul de diagnostic radioizotopic, destinat efectuării investigațiilor cu ajutorul echipamentelor de tip scaner sau Gamma-cameră;

347.2. compartimentul de radioterapie cu radioizotopi, organizat sub forma unei microunități de spitalizare pentru pacienții supuși tratamentelor cu preparate radiofarmaceutice;

347.3. laboratorul de analize medicale, pentru prelucrarea produselor biologice provenite de la pacienții investigați sau tratați cu izotopi;

347.4. laboratorul pentru prepararea, dozarea și diluarea substanțelor radiofarmaceutice, cu respectarea normelor de siguranță radiologică, conform Legii nr. 132/2012 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare și radiologice, Legii nr. 289/2022 cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică și Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în practicile de medicină nucleară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1210/2016, precum și actelor normative aprobate în temeiul acestora;

347.5. anexele tehnico-funcționale comune, necesare pentru asigurarea funcționării în condiții de securitate, care includ:

347.5.1. depozitarea surselor radioactive;

347.5.2. decontaminarea lenjeriei și obiectelor de inventar;

347.5.3. decontaminarea personalului;

347.5.4. dezactivarea deșeurilor radioactive lichide și solide;

347.5.5. tratarea și filtrarea aerului.

348. Laboratorul de medicină nucleară se organizează și funcționează ca unitate nucleară pentru lucrul cu surse deschise, în conformitate cu definițiile, cerințele tehnice și normele de securitate radiologică stabilite prin legislația națională și cu reglementările autorității competente în domeniul protecției radiologice, conform Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în practicile de medicină nucleară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1210/2016.

349. Laboratorul de medicină nucleară se organizează în circuit închis, cu zone funcționale (controlate și supravegheate) delimitate și protejate prin filtre și ecluze, prevăzute cu puncte de control dozimetric la accesul în laborator și la trecerile dintre compartimente.

350. Operațiunile de transvazare a surselor radiofarmaceutice cu activitate ridicată se efectuează exclusiv în nișe sau boxe special amenajate, prevăzute cu sisteme de protecție radiologică corespunzătoare.

351. Efluenții și deșeurile solide radioactive se colectează și se stochează temporar în condiții controlate pe durata necesară reducerii activității radioactive până la niveluri conforme cu reglementările în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 209/2016 privind deșeurile, Hotărârii Guvernului nr. 1210/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în

practicile de medicină nucleară și Hotărârii Guvernului nr. 388/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deșeurilor radioactive.

352. Aerul evacuat din zonele cu potențial contaminant (nișe, boxe, camere de manipulare) este supus proceselor de filtrare și de monitorizare radiologică înainte de eliberarea în atmosferă.

353. Laboratorul de medicină nucleară este amplasat, de preferință, la parterul sau la demisolul clădirii, dispunând de un spațiu tehnic propriu situat sub acesta, separat constructiv și funcțional de alte zone ale spitalului sau într-o aripă izolată de restul încăperilor.

354. Se interzice amplasarea laboratoarelor de medicină nucleară în clădiri locative și în instituții pentru copii. Nu se admite amplasarea în vecinătatea laboratorului de diagnostic radioizotopic, unde se efectuează lucrări de gradul I și II de pericol (pe orizontală și pe verticală), a saloanelor pentru copii și gravide.

355. La amplasarea laboratoarelor de medicină nucleară în interiorul unor clădiri în care se desfășoară și alte activități, încăperile în care se desfășoară activitățile specifice laboratorului sunt amplasate într-o singură parte a clădirii, separate de alte activități nenucleare, astfel încât să fie asigurat circuitul funcțional al laboratorului.

356. În laboratoarele în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic *in vivo*, unitățile de comandă ale instalațiilor de încălzire, de alimentare cu gaze naturale, de alimentare cu apă și a instalațiilor electrice se amplasează în exteriorul încăperilor în care se desfășoară activitatea.

357. La utilizarea simultană în cadrul laboratorului de medicină nucleară a surselor radioactive deschise de diagnostic *in vitro* și *in vivo*, spațiile de lucru specifice fiecărei categorii de amenajare sunt clar separate și delimitate.

358. Laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic *in vivo* sunt prevăzute cu:

358.1. camere cu nișe, boxe sau alte incinte ventilate și ecranate pentru prepararea radiofarmaceuticelor și pentru efectuarea diluțiilor de substanțe radioactive;

358.2. încăpere destinată depozitării surselor radioactive și/sau deșeurilor radioactive;

358.3. sală pentru injectarea pacienților sau pentru administrarea radiofarmaceuticelor;

358.4. cameră pentru efectuarea investigațiilor diagnostice medicale *in vivo*;

358.5. cabinet de consultații pentru medicul practician;

358.6. săli de așteptare separate pentru pacienții cărora li s-au administrat produse radiofarmaceutice și pentru cei cărora nu li s-au administrat radiofarmaceutice;

358.7. instalație de dușuri pentru personal;

358.8. punct de control dozimetric la ieșirea din zonele controlate;

358.9. spațiu pentru decontaminarea și sterilizarea instrumentarului tehnico-medical;

358.10. containere ecranate pentru colectarea și depozitarea temporară a deșeurilor radioactive provenite din desfășurarea practicii;

358.11. grup sanitar pentru pacienții cărora li s-au administrat radiofarmaceutice, separat de grupul sanitar al personalului sau al pacienților cărora nu li s-au administrat radiofarmaceutice.

359. Laboratoarele de medicină nucleară în care se utilizează surse radioactive pentru diagnostic *in vitro* sunt prevăzute cu:

359.1. cameră pentru păstrarea și prepararea soluțiilor;

359.2. nișe, dacă se efectuează lucrări în care este posibilă contaminarea aerului;

359.3. instalații de duș;

359.4. încăpere destinată depozitării surselor radioactive și/sau deșeurilor radioactive;

359.5. spațiu frigorific în depozitul de surse radioactive;

359.6. încăpere pentru prelucrarea produselor biologice radioactive;

359.7. spațiu pentru efectuarea de teste *in vitro*;

359.8. spațiu pentru radiometria *in vitro* a produselor biologice;

359.9. spațiu pentru decontaminarea și sterilizarea instrumentarului tehnico-medical;

359.10. spațiu pentru recoltarea produselor biologice.

360. Pe lângă accesul din circulațiile interioare ale unității sanitare, laboratorul are un acces separat, direct din exterior, destinat exclusiv aprovizionării cu surse radiofarmaceutice și evacuării deșeurilor radioactive.

361. Amplasarea, componența și suprafețele încăperilor laboratoarelor de medicină nucleară, precum și ale altor funcțiuni spitalicești situate în spațiile adiacente acestora, se stabilesc de către laboratorul de medicină nucleară, cu respectarea integrală a cerințelor de protecție radiologică prevăzute de reglementările naționale în domeniu, precum și în conformitate cu Regulamentul sanitar privind asigurarea radioprotecției și securității radiologice în practicile de medicină nucleară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1210/2016.

Secțiunea a 14-a

Serviciul de fizioterapie și reabilitare medicală

362. Serviciul de fizioterapie și reabilitare medicală poate include, în funcție de profilul instituției medicale, următoarele compartimente funcționale:

362.1. kinetoterapie (cultură fizică medicală);

362.2. electrofototerapie;

362.3. hidrotermoterapie;

362.4. masoterapie;

362.5. pneumoterapie;

362.6. crenoterapie;

362.7. balneoterapie;

362.8. climatoterapie;

362.9. psihoterapie și terapie ocupațională.

363. Compartimentul de kinetoterapie dispune de:

363.1. sală de gimnastică în grup (dimensionată pentru 10-12 persoane);

363.2. sală de gimnastică analitică (pentru 2-3 persoane);

363.3. sală de elongații;

363.4. sală de terapie pe тренажоре;

363.5. anexe: camere pentru instructori, depozit pentru materiale, vestiare pentru pacienți și grupuri sanitare.

364. Compartimentul de electrofototerapie se organizează pe subunități corespunzătoare tipurilor de proceduri:

364.1. terapie cu curenți de frecvență joasă sau cu ultrasunete;

364.2. terapie cu curenți de frecvență medie;

364.3. terapie cu curenți de frecvență înaltă;

364.4. terapie cu câmpuri electromagnetice;

364.5. fototerapie.

365. Procedurile de electroterapie se aplică în boxe individuale, grupate în cadrul unui cabinet dotat cu spațiu de lucru pentru personalul medical.

- 366.** Procedurile care utilizează curenți de frecvență înaltă și câmpuri electromagnetice se efectuează în încăperi distincte, ecranate corespunzător.
- 367.** Încăperea destinată terapiei cu radiații ultraviolete este închisă și dispune de controlul ozonării aerului.
- 368.** Compartimentul de electrofototerapie include următoarele spații auxiliare: cameră de odihnă pentru personal, boxe de dezbrăcare și grupuri sanitare pentru pacienți.
- 369.** Compartimentul de hidroterapie include hidrotermoterapie, hidroelectroterapie și hidrokinetoterapie.
- 370.** Secțiunile de hidrokinetoterapie se amplasează într-o sală comună, prevăzută cu filtre-vestiar la intrare, cu grupuri sanitare și dușuri separate pe sexe, precum și cu cameră cu grup sanitar pentru instructori. Bazinele trebuie să fie echipate cu scări și rampe comode, precum și cu balustrade de protecție și de susținere.
- 371.** Celelalte unități de hidroterapie se amplasează în boxe compartimentate, cu acces separat pentru pacienți și pentru personalul medical.
- 372.** Zonele de tratament umed (hidroterapie, masoterapie) sunt prevăzute cu pardoseli antiderapante și cu sisteme de ventilație adecvate.
- 373.** Se asigură următoarele spații auxiliare: cameră de odihnă și de lucru pentru personal, depozite pentru lenjerie umedă și curată și boxe pentru curățenie.
- 374.** Se asigură circuite distincte pentru lenjeria curată și cea murdară, cu spații de depozitare separate.
- 375.** Compartimentul de masoterapie se subdivide în:
- 375.1. unitate pentru proceduri umede - amplasată separat sau integrată în unitățile de hidroterapie;
- 375.2. unitate pentru proceduri uscate - amplasată între compartimentul de hidroterapie și cel de cultură fizică medicală; procedurile se efectuează în boxe individuale, iar pentru personal se asigură cameră de odihnă cu grup sanitar.
- 376.** Compartimentul de pneumoterapie poate avea în componență o unitate de aerosoli, o unitate de inhalații, barocameră și o unitate de gimnastică respiratorie la aparate.
- 377.** Unitatea de aerosoli se organizează fie într-o încăpere compartimentată în boxe pentru proceduri individuale, fie într-o sală comună pentru mai mulți pacienți, dacă se fac tratamente cu ultrasono-aerosoli.
- 378.** Unitatea de inhalații se poate organiza similar celei pentru aerosoli.
- 379.** Barocamera se dimensionează pentru a asigura condiții optime de tratament unui grup de 18-20 de pacienți, fiind dotată cu scaune individuale și respectând cerințele

tehnice și de siguranță specifice utilizării în scopuri medicale.

380. În cadrul compartimentului de hidroterapie se asigură, suplimentar, următoarele spații funcționale: stații de lucru și de odihnă pentru personalul medical, grupuri sanitare pentru personal și pacienți, boxe distincte pentru depozitarea lenjeriei curate și murdare, precum și, după caz, anexe tehnice necesare funcționării și întreținerii echipamentelor specifice.

381. Compartimentul de psihoterapie și terapie ocupațională (ergoterapie) este destinat, cu prioritate, pacienților supuși tratamentelor complexe de lungă durată, fiind organizat în cadrul spitalelor de boli cronice, al instituțiilor destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în spitalele generale mari și foarte mari care dispun de secții corespunzătoare.

382. Unitatea de psihoterapie este compusă din cabinete destinate tratamentelor individuale, dintr-o sală pentru desfășurarea ședințelor de psihoterapie de grup, precum și din grupuri sanitare separate pentru pacienți și personalul medical.

383. Unitatea de terapie ocupațională include săli-atelier specializate pentru desfășurarea diverselor activități terapeutice, precum lucrul manual, desenul și pictura, tâmplăria sau alte activități creative și funcționale, precum și spații anexe, inclusiv camere pentru personal, depozite pentru materiale și echipamente și grupuri sanitare pentru pacienți și personal. Unitățile de crenoterapie se organizează în spații special amenajate, prevăzute cu puncte de distribuire a apei minerale medicinale și cu spații de așteptare pentru pacienți.

384. Unitățile de balneoterapie se amplasează în încăperi separate, dotate pentru aplicarea nămolurilor terapeutice sub formă de băi sau împachetări și echipate cu sisteme de colectare și neutralizare a nămolului uzat. Încăperile destinate balneoterapiei vor fi prevăzute cu dușuri pentru pacienți și cu boxe de schimb. Zonele de climatoterapie se organizează în aer liber, pe teritoriul stațiunilor balneare, și în spații amenajate pentru cure de expunere la factori climatici naturali. Spațiile destinate climatoterapiei vor fi dotate cu mobilier adaptat și cu elemente de umbră.

385. În zona accesului în serviciul de fizioterapie și recuperare medicală se amplasează biroul pentru programare și evidență a pacienților (secretariat), cabinetele pentru medici de specialitate și pentru asistenta-șefă, garderoba pentru pacienții tratați ambulatoriu, vestiarele pentru personalul medical, spații de depozitare pentru lenjerie și cele pentru păstrarea produselor farmaceutice utilizate în procedurile terapeutice.

386. Spațiile de odihnă postratament pentru pacienți pot fi amplasate centralizat (în zona intrării), în cazul unităților de dimensiuni mici, sau pe grupe de compartimente, în cazul serviciilor de fizioterapie și recuperare medicală de capacitate extinsă.

387. Amplasarea serviciului în cadrul spitalului asigură legăturile directe cu secțiile medicale de spitalizare (prin intermediul nodului de circulație verticală) și cu zona de acces în sectorul ambulatoriului.

388. Este interzis ca serviciul de fizioterapie și recuperare medicală să fie traversat

de căile de circulație generală ale spitalului, în vederea asigurării protecției intimității pacienților, continuității actului medical și respectării normelor de igienă și siguranță sanitară.

389. În cazul în care serviciul de fizioterapie și recuperare medicală include un compartiment de hidroterapie, se recomandă ca amplasarea acestuia să fie realizată la un nivel inferior (demisol sau parter), de preferință deasupra unui subsol tehnic, care să permită distribuirea instalațiilor și accesul facil pentru lucrări de întreținere și control.

390. Serviciul de fizioterapie și recuperare medicală poate fi organizat pe două nivele funcționale, cu condiția ca la nivelul superior să fie amplasate compartimentele care nu implică utilizarea apei (de ex., electroterapie, pneumoterapie, cultură fizică medicală, psihoterapie). Între cele două niveluri trebuie asigurată o circulație verticală proprie, separată de căile de acces general ale spitalului.

391. Componenta funcțională a încăperilor și dimensionarea suprafețelor destinate secției de reabilitare pentru pacienții internați se stabilesc în etapa de proiectare, în baza unui calcul estimativ al numărului de proceduri ce urmează a fi efectuate. Acest calcul va lua în considerare, în principal, numărul și tipul procedurilor fizioterapeutice planificate, volumul de activitate aferent terapiei manuale și culturii fizice medicale, inclusiv utilizarea piscinelor, a sălilor de kinetoterapie și a facilităților de mecanoterapie.

Secțiunea a 15-a

Serviciul de anatomie patologică și prosectură

(autopsie clinică)

392. Serviciul este destinat realizării examinărilor anatomopatologice atât postmortem, inclusiv autopsii și analize ale organelor, țesuturilor și produselor biologice, cât și în scop diagnostic la pacienții vii, prin prelucrarea și evaluarea histopatologică a materialului biologic prelevat (biopsii, puncții, piese chirurgicale).

393. Structura serviciului include două componente distincte, fiecare organizată cu circuite funcționale interne relativ autonome, după cum urmează:

393.1. prosectura - destinată efectuării autopsiilor medico-legale și anatomopatologice, precum și manipulării și depozitării temporare a cadavrelor;

393.2. laboratorul de anatomie patologică - destinat prelucrării, analizării și interpretării probelor histopatologice și citologice provenite din intervenții chirurgicale, puncții, biopsii sau din alte proceduri medicale.

394. Compartimentul de prosectură se instituie obligatoriu în cadrul tuturor tipurilor de spitale, indiferent de nivelul de complexitate sau de profilul acestora.

395. În spitalele de dimensiuni mici, serviciul de anatomie patologică nu se organizează ca structură distinctă. În acest caz, sala de autopsie este completată cu o încăpere anexă, destinată efectuării activităților elementare de laborator, necesare pentru

procesarea probelor histopatologice.

396. Compartimentul de prosectură se organizează cu respectarea cerințelor funcționale, igienico-sanitare și de securitate și include următoarele spații obligatorii:

396.1. cameră frigorifică compartimentată în boxe, destinată depozitării temporare a cadavrelor;

396.2. sală de autopsie, dotată cu unul sau două posturi de lucru, în funcție de capacitatea instituției medicale;

396.3. spațiu pentru predarea cadavrelor către aparținător, cu acces propriu sau exterior;

396.4. spațiu destinat predării cadavrelor către aparținători, cu acces separat, preferabil direct din exterior;

396.5. hol de așteptare pentru aparținători, prevăzut cu grup sanitar;

396.6. birou pentru întocmirea și eliberarea documentelor de deces;

396.7. spațiu de odihnă pentru personal, cu grup sanitar propriu și duș;

396.8. laborator aferent activității de autopsie, acolo unde este necesar, în funcție de nivelul spitalului și de volumul activității.

397. Compartimentul de laboratoare de anatomie patologică se organizează în cadrul instituțiilor medicale care dispun de secții clinice sau chirurgicale și include, după caz, următoarele spații funcționale:

397.1. spații special amenajate pentru prelucrarea și prepararea probelor și pieselor anatomice;

397.2. spații destinate efectuării de determinări histologice, histochimice, imunohistochimice, citologice și alte tipuri de investigații specifice;

397.3. cameră pentru examinarea microscopică, dotată corespunzător, și spațiu pentru histotecă (arhiva lamelor și blocurilor histologice);

397.4. spațiu de depozitare și, după caz, de expunere a pieselor anatomice de referință (muzeu anatomo-patologic);

397.5. boxe sau spații separate pentru depozitarea reactivilor chimici, cu respectarea normelor privind siguranța chimică, Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice și actelor normative aprobate în temeiul acestora;

397.6. birou pentru medicul-șef al compartimentului;

397.7. anexe destinate personalului (vestiare, grupuri sanitare, cameră de odihnă).

398. Activitățile desfășurate în cadrul serviciului de anatomie patologică, în special

autopsiile și prelucrarea probelor biologice, generează noxe (mirosuri, vapori toxici) și implică riscuri biologice semnificative. Prin urmare, este obligatorie dotarea spațiilor cu nișe de laborator sau cu hotă cu ventilație locală, pentru captarea noxelor la sursă, și cu sisteme de ventilație mecanică generală eficiente, cu asigurarea schimbului de aer conform standardelor de biosiguranță și sănătate ocupațională, conform ISO15190:2020 „Cerințe pentru siguranță în laboratoarele medicale”, ISO15189 „Calitate și competență în laboratoarele medicale – complementar”, ISO45001 „Managementul SSM – aplicabil întregii instituții” și ISO22367 „Managementul riscurilor în laboratorul medical”.

399. Podeaua încăperilor utilizate pentru autopsie este prevăzută cu pantă de scurgere, conectată la sistemul de canalizare, iar reziduurile se dezinfectează corespunzător înainte de deversare. Spațiile trebuie să fie echipate cu instalații de apă caldă și rece, cu rețea electrică adecvată, precum și cu dușuri și facilități sanitare pentru personal.

400. Amplasarea serviciului este astfel concepută încât să asigure accesul direct și separat din exterior pentru aparținători și pentru preluarea cadavrelor, iar în proximitatea acestui acces se amenajează un spațiu destinat staționării autovehiculelor funerare, ecranat vizual față de saloanele pacienților și de spațiile frecventate de aceștia.

401. Accesul intern dinspre spital către serviciul de anatomie patologică se realizează printr-un filtru igienico-sanitar, care asigură izolarea completă a circuitului personalului și al materialelor față de celelalte zone funcționale ale unității medicale. Acesta trebuie să permită legături directe cu blocul operator și cu nodul de circulație verticală aferent sectorului de spitalizare.

402. Clădirea sau spațiile serviciului de anatomie patologică, inclusiv zona destinată activităților cu caracter ritualic (de ex., pregătirea decedaților), nu sunt amplasate în câmpul vizual direct al ferestrelor secțiilor de spitalizare sau al clădirilor rezidențiale și publice din vecinătate. Se asigură o intrare separată și discretă pentru accesul în zona rituală, în scopul protejării demnității pacientului și a confortului psihologic al aparținătorilor și al pacienților internați.

403. Serviciul de anatomie patologică și prosectură respectă cerințele de biosiguranță de nivelul minim BSL-2, cu dotări corespunzătoare pentru prevenirea expunerii la riscuri biologice și chimice.

404. Spațiile în care se desfășoară activități de autopsie și de prelucrare a probelor histopatologice sunt dotate cu sisteme de ventilație mecanică cu presiune negativă și filtre HEPA, precum și cu hote de laborator pentru lucrul cu substanțe volatile (de ex., formol).

405. Este obligatorie instalarea nișelor de laborator pentru operațiunile generatoare de aerosoli sau vapori toxici, precum și echipamente pentru neutralizarea mirosurilor și substanțelor nocive.

406. Accesul în zonele de lucru cu cadavre sau probe anatomopatologice este controlat electronic, fiind permis doar personalului autorizat, echipat corespunzător.

407. Toate spațiile utilizate în scopul autopsiilor sunt prevăzute cu instalații de apă caldă și rece, cu scurgeri la podea cu pantă racordată la rețeaua de canalizare și cu

posibilitate de dezinfectie a reziduurilor.

408. Încăperile sunt dotate cu echipamente și mobilier specifice activității: mese de autopsie din inox, lămpi de examinare, instrumentar sterilizabil, microtoame, criostate, băi termostatare, precum și sisteme de arhivare și digitalizare.

409. În cadrul compartimentului de laborator de anatomie patologică se amenajează spații distincte pentru prepararea probelor, histochimie, citologie, microscopie, depozitarea reactivilor, precum și cameră pentru medicul-șef și anexe pentru personal.

410. Personalul medico-sanitar implicat în activitățile de anatomie patologică și prosectură beneficiază de formare continuă privind măsurile de biosecuritate, manipularea substanțelor periculoase și gestionarea riscurilor ocupaționale.

Secțiunea a 16-a

Farmacia spitalicească

411. Farmacia spitalicească este o structură funcțională în cadrul spitalelor, responsabilă de asigurarea cu medicamente, dispozitive medicale, produse parafarmaceutice și alte produse farmaceutice necesare activității medicale.

412. Farmacia spitalicească are responsabilitatea de a asigura recepția cantitativă și calitativă a medicamentelor și a altor produse de uz uman, păstrarea acestora în condiții corespunzătoare de conservare, precum și eliberarea produselor farmaceutice conform condicilor de prescripție. De asemenea, farmacia asigură prepararea și eliberarea preparatelor magistrale și oficinale, în conformitate cu reglementările în domeniu.

413. Farmacia spitalicească include următoarele încăperi funcționale:

413.1. camera de recepție, destinată preluării medicamentelor și produselor de uz uman, urmată de distribuirea acestora în spațiile de depozitare corespunzătoare;

413.2. acces în zona de recepție asigurat direct din exterior și dotat cu rampă pentru descărcare, pentru a facilita manipularea și livrarea mărfurilor;

413.3. camere organizate distinct pentru depozitare, în funcție de tipul produselor, după cum urmează:

413.3.1. medicamente tipizate și produse fitofarmaceutice (din plante);

413.3.2. substanțe farmaceutice – separate în funcție de tipul de ambalare (solid, lichid);

413.3.3. produse inflamabile (alcool, eter, acetonă) – în spații special amenajate, conform normelor de securitate la incendii;

413.3.4. dispozitive medicale – în încăperi distincte, adaptate cerințelor de depozitare specifice.

414. Medicamentele termolabile sunt depozitate în frigidere omologate, amplasate în încăperi corespunzătoare, dotate cu sisteme de monitorizare continuă a temperaturii, pentru a asigura respectarea lanțului frigorific conform specificațiilor producătorului și reglementărilor în domeniu.

415. Într-o încăpere distinctă, separată de spațiile de depozitare a medicamentelor, se asigură depozitarea ambalajelor returnabile, precum și a altor materiale utilizate în activitatea tehnică a farmaciei spitalicești, cum ar fi flacoane, pungi, dopuri, etichete și alte consumabile specifice. Această încăpere este amenajată astfel încât să permită păstrarea materialelor în condiții igienice și funcționale.

416. În situația în care farmacia spitalicească include o secție pentru prepararea produselor sterile injectabile, spațiile aferente acestei activități se amenajează și se exploatează în conformitate cu Regulile de bună practică de fabricație a medicamentelor (GMP), asigurând condițiile de mediu, echipamentele, fluxurile și controalele necesare menținerii sterilității produselor.

417. Prepararea formulelor magistrale se realizează în încăperea denumită receptură, dotată cu mobilier și echipamente corespunzătoare acestei activități.

418. Laboratorul farmaciei este încăperea destinată preparării produselor oficinale. În cazul în care spațiul permite, receptura și laboratorul pot fi organizate într-o singură încăpere multifuncțională, cu respectarea normelor de igienă și de separare a fluxurilor.

419. Pentru asigurarea procesului de spălare, uscare și depozitare a veselei și a ustensilelor utilizate în prepararea medicamentelor, se amenajează o încăpere separată, denumită spălătorie, cu acces direct din receptură și din laborator.

420. Oficina farmaciei este încăperea destinată gestionării documentelor, în special a condicilor de prescripții medicale, și a altor activități administrative specifice.

421. Secția destinată preparării produselor sterile injectabile se proiectează în conformitate cu normele legale și cu Regulile de bună practică de fabricație a medicamentelor (GMP), precum și conform Legii nr. 153/2025 cu privire la medicamente, Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Hotărârii Guvernului nr. 599/2024 cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de farmacie și actelor normative aprobate în temeiul acesteia. Aceasta include un ansamblu de încăperi tehnologice, dispuse într-un circuit închis, separat de restul spațiilor farmaciei.

422. Accesul personalului în camera de preparare a soluțiilor sterile se realizează exclusiv printr-un filtru care asigură respectarea cerințelor de igienă și de control al contaminării. Comunicarea cu celelalte spații din fluxul de producție se face prin ghișee speciale de transfer.

423. Spațiul destinat primirii și eliberării registrelor de prescripții medicale constituie interfața farmaciei cu restul spitalului. În acest spațiu, personalul spitalului transmite registrele de prescripții și primește medicamentele și produsele solicitate. Restul secției de farmacie este accesibil exclusiv personalului farmaciei, constituind un circuit închis.

424. Structura farmaciei spitalicești este în conformitate cu cerințele prevăzute în Regulamentul sanitar privind dotarea și exploatarea farmaciei și depozitelor farmaceutice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 504/2012.

425. Farmacia spitalicească se amplasează în spații corespunzătoare, astfel încât să fie evitată vecinătatea cu secțiile sau compartimentele care ar putea contamina sau influența negativ calitatea medicamentelor și a altor produse farmaceutice.

426. Farmacia trebuie să fie conectată cu toate serviciile medicale ale spitalului, motiv pentru care amplasarea sa se face în proximitatea unui nod de circulație verticală, pentru a facilita accesul rapid și eficient.

427. Amplasarea optimă a farmaciei este la parterul clădirii sau, alternativ, la etajul 1, cu asigurarea accesului direct din exterior.

428. În situația în care farmacia este amplasată la etajul 1, se prevede o legătură tehnologică proprie și directă între spațiul de recepție a produselor (accesibil din exterior) și restul farmaciei, prin intermediul unui ascensor pentru materiale și a unei scări dedicate.

429. Spațiile destinate farmaciei sunt prevăzute cu sisteme de control al temperaturii, umidității și ventilației, pentru a asigura condiții optime de păstrare a medicamentelor, în conformitate cu reglementările farmaceutice și cu Regulile de bună practică de fabricație a medicamentelor (GMP), precum și conform Legii nr. 153/2025 cu privire la medicamente, Legii nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică cu privire la activitatea farmaceutică și actelor normative aprobate în temeiul acestora.

430. Farmacia spitalicească este inclusă într-un sistem informatic integrat cu celelalte structuri medicale ale instituției, pentru gestionarea trasabilității medicamentelor, pentru eliberarea pe bază de prescripții, precum și pentru stocuri și raportări către autoritățile competente.

431. Accesul în zonele sensibile ale farmaciei (receptură, laborator, depozit de substanțe periculoase, secție de produse sterile) este limitat doar la personalul calificat, cu implementarea unor sisteme de control al accesului.

432. În cazul spitalelor cu unități de terapie intensivă, oncologie, chirurgie sau alte specializări care presupun utilizarea preparatelor personalizate, farmacia include spații sau linii de preparare individualizate, adaptate profilului instituției.

433. Pentru situații de urgență sau pentru întreruperi ale lanțului de aprovizionare, farmacia dispune de un stoc minim de medicamente esențiale și produse de urgență, stabilit prin regulament intern, în conformitate cu necesitățile spitalului.

434. Transportul intern al medicamentelor din farmacie către secțiile spitalului se face în condiții controlate (inclusiv termic, pentru produsele sensibile), cu utilizarea cărucioarelor sau containerelor specializate și trasabile.

435. Spațiile pentru păstrarea deșeurilor farmaceutice sunt separate de cele de depozitare a medicamentelor, marcate clar, dotate cu ventilație adecvată și conforme cu

normele privind managementul deșeurilor periculoase.

436. Produsele medicamentoase termolabile se păstrează în frigidere sau în camere reci, echipate cu sisteme de monitorizare continuă a temperaturii și cu alarme în caz de deviere de la parametrii prescriși.

437. Substanțele toxice, psihotrope, stupefiante, precum și alte medicamente aflate sub regim special se depozitează în spații încuiate, cu acces restricționat, conform reglementărilor legale privind circulația substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, a precursorilor, a substanțelor psihoactive noi și a substitutelor de droguri.

438. Produsele inflamabile (alcool, eter, acetonă) se păstrează într-un spațiu separat, ventilat natural sau mecanic, marcat corespunzător și dotat cu echipamente de prevenire a incendiilor.

439. Zona de depozitare este situată departe de sursele de căldură, umiditate, raze solare directe și de zonele expuse la contaminare biologică (de ex., laboratoare microbiologice, grupuri sanitare, spălătorii).

440. Produsele farmaceutice cu termen de valabilitate scurt sau cu condiții speciale de păstrare se amplasează în zone ușor accesibile și etichetate clar, cu respectarea sistemului „primul intrat – primul ieșit” (FIFO) și, dacă e cazul, „primul expirat – primul ieșit” (FEFO).

441. Ambalajele deteriorate sau produsele expirate se izolează imediat într-un spațiu special desemnat și etichetat, până la eliminarea lor conform procedurilor legale privind deșeurile farmaceutice, în conformitate cu Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și cu actele normative aprobate în temeiul acesteia.

442. Depozitarea directă a medicamentelor, a ambalajelor sau a materialelor farmaceutice pe podea este strict interzisă. Toate produsele se păstrează pe rafturi, etajere, paleți igienici sau în dulapuri, la o distanță minimă de 10-15 cm față de podea, pentru a permite curățarea și pentru a evita contaminarea.

Secțiunea a 17-a

Serviciul de sterilizare

443. În cadrul instituțiilor medico-sanitare se organizează serviciul de sterilizare centralizată, a cărei suprafață și componență se determină în funcție de numărul de paturi din secțiile cu internare continuă deservite. Serviciul de sterilizare va funcționa în regim de circuit închis, cu un singur punct de acces din circuitele generale ale spitalului.

444. Serviciul de sterilizare este compartimentat în trei zone funcționale:

444.1. zona „murdară”, care include încăperi pentru primirea, pretratarea și curățarea dispozitivelor medicale;

444.2. zona „curată”, care include încăperi pentru ambalarea, echiparea și încărcarea

materialelor în sterilizatoare;

444.3. zona „sterilă”, care include jumătatea sterilă a camerei de sterilizare (în care se află autoclavele), spații pentru depozitarea materialelor sterile și zona de livrare către utilizatori.

445. De asemenea, se amenajează un sector de anexe comune, care include biroul de evidență, vestiarele pentru personal și grupul sanitar dotat cu duș.

446. Prelucrarea primară a materialelor nesterile se realizează diferențiat, în funcție de natura acestora (instrumentar metalic, articole din cauciuc, textile), în spații separate (boxe, alveole, nișe), dotate cu echipamente și mobilier adecvat.

447. Zona „curată” include fronturi de lucru pentru spălare, pregătirea materialului moale (pliaj, ambalare), așezarea pe tăvi, în casonete sau containere, conform cerințelor tehnologice prevăzute pentru aparatele de sterilizare utilizate.

448. Zona sterilă poate fi organizată într-o cameră de sterilizare (sau două camere distincte pentru sterilizarea umedă și pentru cea uscată), plasată pe linia fluxului între zona „curată” și cea „sterilă”. Aceasta include echipamentele de sterilizare și mese pentru descărcarea materialelor sterilizate.

449. Sterilizarea materialelor se realizează conform prevederilor ghidurilor și protocoalelor naționale. Echipamentele se aleg în funcție de tipul de agent sterilizant utilizat (abur, aer cald, oxid de etilenă, plasmă).

450. Organizarea și dimensionarea serviciului de sterilizare se stabilește în funcție de:

450.1. capacitatea totală a instituției (numărul de paturi și de săli de operație);

450.2. tipul și capacitatea echipamentelor de sterilizare;

450.3. durata ciclurilor de sterilizare pentru fiecare tip de aparat.

451. Este recomandată dotarea cu câte un aparat de rezervă pentru fiecare categorie de echipamente critice, în scopul asigurării continuității activității în caz de defecțiune tehnică.

452. Serviciul de sterilizare centrală este amplasat cât mai aproape de blocul operator, asigurând, totodată, conexiuni funcționale directe cu secția Anestezie și terapie intensivă (ATI), cu blocul de nașteri, cu serviciul de urgență, cu laboratoarele de explorări funcționale și cu secțiile medicale cu paturi.

453. Este obligatorie utilizarea indicatorilor biologici și chimici pentru validarea fiecărui ciclu de sterilizare, în conformitate cu procedurile standardizate și cu ghidurile de bună practică.

454. Fiecare etapă a procesului de sterilizare (curățare, ambalare, sterilizare, depozitare, distribuție) trebuie documentată într-un sistem de trasabilitate care să permită

identificarea produsului sterilizat, a ciclului de sterilizare și a operatorului responsabil.

455. Materialele sterile se depozitează în condiții controlate de mediu (ventilație, temperatură, umiditate) și protejate de contaminare, cu asigurarea unei perioade de valabilitate documentate.

456. Accesul în zonele de lucru ale serviciului de sterilizare este permis doar personalului autorizat, în conformitate cu zona de lucru („murdară”, „curată”, „sterilă”), cu respectarea echipării corespunzătoare și a circuitului funcțional.

457. În cazul externalizării serviciilor de sterilizare, prestatorii de servicii medicale contractează aceste servicii cu respectarea aceluiași cerințe privind calitatea, trasabilitatea, controlul infecțiilor și validarea proceselor.

458. Se prevede un plan de întreținere preventivă și de calibrare a echipamentelor de sterilizare, inclusiv revizii periodice autorizate de către producător sau de către un organism competent.

459. În cazul sterilizării unor produse reutilizabile critice (endoscoape rigide, instrumentar chirurgical), este obligatorie respectarea protocoalelor privind dezinfectia de nivel înalt înainte de sterilizare.

460. Personalul care activează în cadrul serviciului de sterilizare deține pregătirea profesională necesară și este instruit periodic în domeniul controlului infecțiilor și al protocoalelor de sterilizare, conform reglementărilor naționale și internaționale în domeniu.

461. Nu este permisă organizarea activității de sterilizare în cadrul sălilor de proceduri medicale sau în proximitatea imediată a acestora. Activitatea de sterilizare se realizează în spații distincte, cu circuit funcțional separat, conform cerințelor de bună practică și normelor sanitare în domeniu și Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2018.

462. Prelucrarea instrumentarului contaminat nu este permisă în sălile de proceduri. Sterilizarea propriu-zisă se realizează exclusiv în serviciul de sterilizare centralizată.

463. Etapa de curățare și dezinfecție (etapa de presterilizare) a instrumentarului reutilizabil poate fi organizată în cadrul secției medicale doar în următoarele cazuri:

463.1. nu există posibilitatea organizării unei încăperi distincte de presterilizare, conform structurii arhitecturale a instituției;

463.2. activitatea se desfășoară într-un spațiu separat fizic sau prin delimitare funcțională, destinat exclusiv acestei activități;

463.3. spațiul este dotat cu chiuvetă cu două cuve din inox, cu robinet acționat fără mâini, cu masă de lucru rezistentă la dezinfectanți, cu sistem de ventilație adecvat cu evacuarea aerului viciat, cu surse de apă caldă și rece, cu suprafețe lavabile, ușor de dezinfectat, precum și cu recipiente conforme pentru colectarea instrumentarului murdar și

a deșeurilor medicale;

463.4. activitatea este realizată numai de personalul instruit conform procedurilor operaționale standard;

463.5. transportul materialelor prelucrate se face în recipiente închise, către serviciul de sterilizare centralizată, prin circuite separate față de cele curate.

464. Este interzisă desfășurarea activităților de presterilizare în sălile de tratamente sau de proceduri care nu dispun de condiții igienico-sanitare separate și dotări conforme.

Secțiunea a 18-a

Spălătoria

465. În cadrul unității sanitare cu paturi se organizează o spălătorie centralizată, destinată următoarelor activități: primirea, dezinfecția, spălarea, uscarea, călcarea, repararea, depozitarea și distribuirea rufelor.

466. Organizarea spațial-funcțională a serviciului de spălătorie respectă următoarele cerințe:

466.1. separarea strictă a circuitului rufelor murdare față de cel al rufelor curate;

466.2. separarea șarjelor de rufe în funcție de proveniența acestora (secții de spitalizare, profiluri diferite);

466.3. diferențierea fluxurilor tehnologice și a echipamentelor pentru rufele pacienților copii față de cele ale pacienților adulți.

467. Pentru rufele provenite din secțiile de boli transmisibile și tuberculoză, se organizează un circuit complet separat de cel al celorlalte secții, cu delimitarea clară a spațiilor pe întreg parcursul fluxului tehnologic.

468. În cazul în care secția de boli transmisibile este situată într-un pavilion separat, se organizează o spălătorie proprie în acel pavilion.

469. Dimensionarea spălătoriei și echiparea acesteia cu utilaje se realizează în funcție de capacitatea secțiilor cu paturi și de volumul serviciilor tehnico-medicale.

470. Necesarul zilnic de rufe se calculează astfel:

470.1. minimum 2,5 kg de rufe/zi/pat pentru spitalele generale;

470.2. între 3 și 4 kg de rufe/zi/pat pentru spitalele cu profil chirurgical sau de obstetrică-ginecologie.

471. Organizarea spațiilor în cadrul spălătoriei respectă un flux tehnologic continuu, care include următoarele zone:

471.1. cameră de primire și de triere a rufelor murdare;

471.2. spațiu pentru dezinfectia rufelor, dotat cu căzi de înmuiere în soluții dezinfectante; alternativ, dezinfectia poate fi realizată în utilaje automate, dacă acestea dispun de programe de dezinfectie conforme cerințelor sanitare;

471.3. spațiu de spălare, cu utilaje pentru spălare și centrifugare;

471.4. spațiu pentru uscare și călcare, organizat în sală comună sau compartimentată, separată de spațiul de spălare;

471.5. cameră pentru repararea rufelor, amplasată între zona de călcare și depozitul de rufe curate;

471.6. depozit de rufe curate, unde se realizează sortarea și ambalarea;

471.7. cameră de eliberare a rufelor către secțiile și serviciile spitalului;

471.8. spații destinate personalului propriu al spălătoriei, care cuprind vestiar cu grup sanitar și duș, cameră de odihnă, biroul responsabilului, cu vizibilitate asupra zonelor de primire și de eliberare.

472. Circuitul interior al spălătoriei este complet separat de celelalte circuite funcționale ale spitalului. Amplasarea echipamentelor și instalațiilor se face astfel încât să se permită întreținerea, curățarea și reparația în condiții optime.

473. Spălătoria poate fi amplasată:

473.1. la parterul sau demisolul clădirii principale, deasupra subsolului tehnic, cu luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea propagării aburului și mirosurilor în spațiile medicale;

473.2. într-un pavilion separat, eventual în asociere cu alte funcțiuni gospodărești, cu asigurarea unei legături protejate cu clădirea principală prin coridor de legătură.

474. Toate suprafețele din spațiile spălătoriei trebuie să fie netede, lavabile, rezistente la agenți chimici și ușor de dezinfectat. Podelele sunt prevăzute cu pantă spre rigolele de scurgere, racordate la canalizare cu sifon de pardoseală și cu clapetă antiretur.

475. Eficiența procesului de spălare și dezinfectie este verificată periodic prin teste microbiologice ale rufelor curate și ale suprafețelor de lucru, conform procedurilor aprobate.

476. Ambalarea rufelor curate se realizează în saci/folii de protecție curate, de unică folosință sau refoolosibile, dezinfectate și etichetate corespunzător cu data spălării și cu secția de destinație.

477. Transportul rufelor curate și murdare se realizează cu cărucioare speciale, diferențiate vizual, confecționate din materiale ușor de curățat și de dezinfectat.

478. Spălătoria dispune de proceduri documentate pentru controlul eficacității ciclurilor de spălare și dezinfectare, inclusiv monitorizarea parametrilor de temperatură, a

duratei și concentrației dezinfectanților, conform instrucțiunilor producătorului.

479. Personalul din cadrul serviciului de spălătorie este echipat cu îmbrăcăminte de protecție adecvată (halate impermeabile, mănuși, măști, încălțăminte de protecție, ochelari, după caz), diferențiată în funcție de zona de lucru (rufe murdare/rufe curate), pentru a preveni contaminarea încrucișată și pentru a asigura siguranța individuală. Echipamentele se schimbă ori de câte ori este necesar și se dezinfectează conform protocoalelor interne.

480. Spălătoria este dotată cu sistem de ventilație separat, cu extracție mecanică, care asigură evacuarea aburului și a mirosurilor, fără a afecta zonele adiacente sau alte spații medicale.

481. Echipamentele din spălătorie sunt supuse igienizării regulate, iar spălătoria deține registrul de mentenanță tehnică și de igienizare a utilajelor.

482. În cazul în care prestatorul de servicii medicale nu dispune de spălătorie proprie, activitățile de spălare, dezinfectare, uscare, călcare, reparare și livrare a rufelor se asigură prin contractarea unor servicii specializate.

483. Prestatorul de servicii medicale are responsabilitatea de a monitoriza calitatea serviciilor externalizate prin proceduri interne de evaluare și audit.

Secțiunea a 19-a

Depozitul central

484. În cadrul prestatorilor de servicii medicale se organizează un spațiu centralizat pentru depozitarea materialelor.

485. Depozitul central este conceput și amenajat în conformitate cu cerințele de siguranță, de funcționalitate și de igienă sanitară.

486. Se recomandă ca depozitul central de materiale să fie amplasat într-o construcție separată față de clădirea principală a unității sanitare.

487. În cazul utilizării unor spații existente, acestea sunt amenajate astfel încât să respecte integral cerințele funcționale și de siguranță specifice activității de depozitare.

488. Pentru spațiile amenajate în subsoluri tehnice se asigură hidroizolarea eficientă și termoizolarea corespunzătoare a conductelor care le traversează.

489. Depozitarea materialelor se realizează într-o singură încăpere de dimensiuni adecvate sau în mai multe încăperi specializate, dotate cu mobilierul corespunzător categoriilor de materiale.

490. Materialele sanitare se depozitează distinct față de cele nesanitare, în spații separate.

491. Spațiile de depozitare se echipează cu utilaje frigorifice pentru păstrarea materialelor care necesită temperaturi controlate.

492. Se implementează măsuri pentru protecția materialelor sensibile la radiații solare.

493. Temperatura și umiditatea se monitorizează și se mențin în limite adecvate, în funcție de specificul materialelor depozitate.

494. Spațiile sunt prevăzute cu sisteme de ventilație naturală și/sau mecanică, care asigură calitatea aerului interior.

495. Depozitul central este prevăzut cu sistem de control al accesului, permițând intrarea doar a personalului autorizat.

496. Se implementează proceduri standardizate pentru recepția, înregistrarea, inventarierea și distribuția materialelor către compartimentele/unitățile solicitante.

497. Se asigură evidența clară a termenelor de valabilitate pentru materialele sanitare, cu un sistem de rotație a stocurilor conform principiului „primul intrat – primul ieșit” (FIFO).

498. Spațiile sunt prevăzute cu sisteme de protecție împotriva incendiilor, inclusiv detectoare de fum, stingătoare și sisteme de alarmă, conform reglementărilor naționale privind securitatea la incendiu.

499. Materialele periculoase (de ex., substanțele inflamabile, toxice sau corozive) se depozitează separat, în spații special amenajate și semnalizate corespunzător, cu respectarea prevederilor Legii nr. 277/2018 privind substanțele chimice.

500. Depozitul este prevăzut cu rampă de încărcare-descărcare și cu zonă-tampon pentru recepția și verificarea mărfurilor livrate.

501. Pentru a preveni contaminarea, rafturile și materialele nu se amplasează direct pe podea, ci pe suporti metalici sau palete, lăsând un spațiu de minimum 10-15 cm față de pardoseală.

502. În depozit se asigură un sistem periodic de igienizare și deratizare/dezinsecție conform unui plan de igienă aprobat.

503. Se prevăd spații auxiliare, după caz, cum ar fi birou pentru gestionarul depozitului, spațiu pentru arhivarea documentelor de gestiune, grup sanitar pentru personalul tehnic.

Secțiunea a 20-a

Calculul suprafețelor în saloanele cu două și mai multe paturi

504. Calculul suprafețelor în saloanele cu două și mai multe paturi pentru instituțiile de asistență medicală spitalicească se face în conformitate cu tabelul 1.

Tabelul 1

Secții	Suprafața, m², la un pat (nu mai puțin)
Infecțioase și de tuberculoză pentru maturi	8,0
Tuberculoză MDR/XDR	13,0
Infecțioase și de tuberculoză pentru copii:	7,0
- fără locuri pentru mame	8,0
- cu prezența mamelor în timpul zilei	10,0
- cu prezența permanentă a mamelor	
Traumatologie-ortopedie (inclusiv tratament de reabilitare), combustii, radiologice:	10,0
- pentru maturi și în saloanele pentru copii cu prezența diurnă a mamelor	13,0
- pentru copii cu prezența permanentă a mamelor	
Terapie intensivă, postoperatorie	6,0
Somatice pentru copii:	7,5
- fără locuri pentru mame	9,5
- cu prezența diurnă a mamelor	
- cu însoțire permanentă a mamelor	
Psihoneurologice și narcologice:	6,0
- de tip general	7,0
- insulinice și narcologice	
Psihiatrice pentru copii:	5,0
- de tip general	6,0
- de supraveghere	
Pentru nou-născuți	3,0
Altele în saloane cu două și mai multe paturi	7,0
Altele în saloane cu un pat	9,0
Suprafața liberă pentru un pacient	nu mai puțin de 5 m ²

505. Suprafețele încăperilor în secțiile cu saloane ale prestatorilor sunt menționate în tabelul 2.

Tabelul 2

Încăperi	Suprafața, m² (cel puțin)
Boxă pentru un pat	22
Pentru examinare:	12
- fără fotoliu ginecologic	18
- cu fotoliu ginecologic	
Filtru sanitar pentru pacienți:	6
- vestiar	10
- baie cu duș	12
- baie cu accesorii pentru bolnav	6
- încăpere pentru îmbrăcare	12
- se admite comasarea încăperilor de baie și a vestiarului în spitalele cu 200 de paturi și mai puțin	
De proceduri	12
De pansament	18

Sală de operații pentru operații urgente:	36
- de operații	10
- preoperatorie	10
- pentru sterilizare	6
- pentru pregătirea și păstrarea ghipsului	
Încăperea (postul) asistentei medicului	6
Cabinetul medicului de gardă	10
Încăperea asistentei superioare	10
Încăperea asistentei de gestionare	10
Încăpere pentru igiena personală a angajaților	5
Încăperea personalului	8
Boxă de internare și examinare (în secția de internare pentru bolnavii cu boli infecțioase și în spitalele infecțioase pentru copii)	16
Încăpere pentru păstrarea lenjeriei curate (în secțiile de internare ale spitalelor și în secțiile somatice)	4
Filtru sanitar pentru personal (în secțiile de internare ale spitalelor și în secțiile infecțioase și somatice):	0,4 m ² la un dulap
- vestiar pentru hainele de stradă și pentru echipamentele individuale de protecție	4
- duș	
Încăpere pentru păstrarea temporară a lenjeriei infectate (cu intrare separată din exterior în secția de internare a spitalelor și în secțiile infecțioase)	4
Bufet	12
Încăpere pentru ustensilele de dereticare și de preparare a soluțiilor dezinfectante	4+4
Încăperi pentru spălarea și sterilizarea oalelor, spălarea și uscarea mușamalelor	4

Secțiunea a 21-a

Norme privind asigurarea condițiilor generale de igienă în cadrul prestatorilor de servicii de asistență medicală primară și specializată

506. Spațiile destinate prestării serviciilor de asistență medicală primară vor include în mod obligatoriu: sală de examinare ginecologică, sală de imunizări, registratură, arhivă, grup sanitar, spațiu pentru stocarea deșeurilor medicale, inclusiv spațiu tehnic/spălătorie și de depozitare.

507. Sala (holul) de așteptare este amenajată astfel încât să asigure un spațiu de minimum 1,5-2 m² pentru fiecare loc de ședere. Holul poate fi comun pentru mai multe cabinete de medicină de familie.

508. Cabinetul de consultații al medicului de familie are o suprafață de minimum 9 m² și este dotat cu chiuvetă racordată la rețeaua de apă caldă și rece.

509. Sala de tratamente din cadrul asistenței medicale primare, cu o suprafață de minimum 9 m², este amenajată special și dotată cu chiuvetă cu apă caldă și rece, lampă bactericidă, psihrometru, dulap pentru medicamentele destinate urgențelor medicale, boxe pentru colectarea deșeurilor periculoase și menajere. În cazul utilizării comune a mai multe

cabinete de medicină de familie, suprafața minimă este suplimentată cu câte 3 m² pentru fiecare cabinet în plus, fără a depăși 21 m² în total.

510. Cabinetul medicului de familie dispune de un grup sanitar destinat pacienților, cu acces din sala (holul) de așteptare, distinct de cel destinat personalului medical, dotat cu bare pentru persoanele cu handicap locomotor. Mai multe cabinete pot utiliza în comun grupuri sanitare, cu condiția asigurării unei capacități corespunzătoare.

511. În localitățile rurale în care nu este posibilă racordarea la rețeaua publică de canalizare, grupul sanitar este conectat la o fosă septică, conform reglementărilor în domeniu.

512. În cadrul prestatorilor de asistență medicală primară se amenajează sală de vaccinare cu suprafață de minimum 10 m².

513. Prestarea serviciilor de asistență medicală primară și specializată are loc în încăperi distincte, cu suprafețe minime prevăzute în anexă.

514. Cabinetul de proceduri în care se efectuează prelevări de probe biologice (sânge, secreții) în scop diagnostic dispune de un spațiu separat, racordat la apă și canalizare, fiind prezente paravane/separatoare pentru asigurarea intimității persoanelor.

515. Personalul medical beneficiază de spații amenajate pentru vestiare, cu dotările corespunzătoare; numărul și dimensiunea vestiarelor se stabilesc în funcție de numărul personalului activ simultan.

516. În măsura posibilităților, în spațiile destinate cabinetelor medicului de familie se asigură circuite separate pentru pacienții adulți și pentru copii, prin programarea acestora la ore diferite.

517. Accesul în incinta cabinetului medicului de familie este asigurat și pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, conform reglementărilor privind accesibilitatea.

518. Spațiile administrative ale prestatorului de asistență medicală primară sunt separate fizic de cele destinate activităților medicale.

519. Cabinetele în care se efectuează proceduri minim invazive, proceduri parenterale sau tratamente care necesită supraveghere medicală de scurtă durată se completează cu o încăpere destinată supravegherii pacienților, dotată cu paturi, cu suprafața de minimum 7 m²/pat.

520. Componenta și suprafețele recomandate ale încăperilor specializate din cadrul instituțiilor medicale respectă prevederile anexei.

521. Cabinetele medicale specializate, indiferent de forma de proprietate (publice sau private), includ următoarele spații: sală de așteptare, cabinet de consultații, sală de tratamente, grup sanitar pentru vizitatori, vestiar și grup sanitar pentru personalul medical, cameră sanitară, precum și, după caz, spațiu pentru sterilizare și spațiu pentru stocarea temporară a deșeurilor medicale.

Secțiunea a 22-a

Staționarul de zi

522. Staționarul de zi reprezintă o formă de internare prin care se asigură asistență medicală specializată, curativă și de recuperare, în regim de zi, pe durata a maximum 12 ore. În acest interval se efectuează, sub supraveghere medicală, examinări, investigații, tratamente și alte acte terapeutice. Aceste structuri sunt destinate pacienților care nu necesită internare continuă, dar ale căror afecțiuni nu pot fi tratate în ambulatoriu.

523. În cadrul spitalelor, staționarele de zi pot fi organizate unitar și/sau pe grupe de specialitate (medicale și chirurgicale), având sau nu legătură cu secțiile de spitalizare continuă, cu respectarea următoarelor cerințe:

523.1. amplasarea separată față de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la ambulatoriu, la serviciul de urgență și la laboratoarele de investigații și de tratamente;

523.2. organizarea unei zone de așteptare pentru pacienți și însoțitori;

523.3. respectarea cerințelor spațial-funcționale prevăzute în prezentul Regulament.

524. În cazul spitalelor pavilionare, staționarul de zi poate fi organizat la parterul sau etajul I al clădirilor în care funcționează secțiile corespunzătoare, cu separare clară față de zona de spitalizare continuă.

525. Staționarul de zi include, în funcție de profil și de capacitate, următoarele spații:

525.1. cabinet(e) pentru consultații medicale;

525.2. săli de așteptare distincte pentru adulți și copii;

525.3. post de lucru pentru asistenții medicali;

525.4. saloane și rezerve pentru tratament;

525.5. sală de tratamente și pansamente;

525.6. sală pentru mici intervenții sau operații (după caz);

525.7. salon ATI/postanestezie (după caz);

525.8. acces la structuri paraclinice proprii sau prin conexiuni directe;

525.9. punct de recoltare pentru probele biologice;

525.10. spațiu cu hotă cu flux laminar pentru oncologie medicală (după caz);

525.11. bloc alimentar;

525.12. grupuri sanitare pentru pacienți;

525.13. grupuri sanitare pentru personal;

525.14. spații pentru materiale sanitare și consumabile;

525.15. spații pentru depozitarea lenjeriei curate și murdare;

525.16. spațiu pentru depozitarea temporară a deșeurilor periculoase;

525.17. spațiu pentru ustensilele de curățenie;

525.18. vestiare pentru pacienți, dacă saloanele nu includ aceste facilități;

525.19. serviciu pentru internarea și externarea pacienților;

525.20. dotări minime pentru acordarea primului ajutor și, după caz, contract cu o unitate de profil pentru situații de urgență.

526. În cazul în care staționarul de zi este parte integrantă a unei unități sanitare cu paturi de spitalizare continuă, următoarele spații pot fi utilizate în comun: sala de tratamente, salonul ATI, punctul de recoltare, blocul alimentar, spațiile pentru materialele sanitare și spațiile pentru lenjerie.

527. Staționarele de zi trebuie dotate cu spații și echipamente care asigură condiții igienico-sanitare și antiepidemice optime, cu separarea fluxurilor „curate” și „murdare”.

528. Capacitatea maximă a unui salon în staționarul de zi nu trebuie să depășească patru paturi.

529. Componenta și suprafețele spațiilor se stabilesc în funcție de profilul serviciilor oferite, de capacitatea totală și de specificul local.

530. Staționarele de zi din cadrul centrelor de îngrijiri paliative (hospice) pot avea o organizare flexibilă, neconvențională, inclusiv fără saloane, dacă profilul activității o permite.

531. În hospice-uri se prevăd spații rezervate pentru vizite, pentru dialog între pacienți și familiile acestora și pentru interacțiunea cu personalul medical.

532. Secția de fizioterapie poate fi utilizată în comun atât de pacienții staționarului de zi, cât și de cei ai ambulatoriului.

533. Intrările către secția de reabilitare sunt separate pentru pacienții staționarului de zi și pentru cei ai ambulatoriului, pentru evitarea intersectării fluxurilor.

Secțiunea a 23-a

Normele privind asigurarea condițiilor generale de igienă în cadrul prestatorilor de servicii medicale prin asistență medicală mobilă

534. Prestarea serviciilor de asistență medicală prin cabinete și unități medicale mobile este permisă în scopul asigurării accesului populației, în special în zonele rurale, izolate, slab deservite medical sau în contexte de mobilizare pentru intervenții de sănătate publică. Aceste servicii se realizează cu respectarea normelor igienico-sanitare prevăzute de prezentul Regulament, precum și a cadrului normativ privind organizarea și funcționarea prestatorilor de servicii medicale.

535. Cabinetele și unitățile medicale mobile pot fi organizate și operate de către instituții medicale publice sau private, în baza autorizației sanitare de funcționare eliberate de Agenție, cu respectarea cerințelor minime de dotare, de igienă și de siguranță pentru pacienți și personal.

536. Cabinetele și unitățile medicale mobile pot suferi adaptări structurale ale circuitelor și ale racordării la utilități, în scopul asigurării unei funcționalități optime, cu respectarea legislației în domeniu și în limitele posibilităților tehnico-construcative ale spațiului. Agenția poate acorda, la cerere, asistență tehnică de specialitate privind organizarea circuitelor funcționale. Orice modificare a structurii spațiilor autorizate anterior trebuie notificată Agenției cu minimum 30 de zile înainte de efectuare.

537. Cabinetul medical mobil trebuie să dispună de un spațiu de minimum 7 m², iar unitatea medicală mobilă (cu minimum două cabinete) - de cel puțin 13 m². Acestea trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de acces pentru persoanele cu dizabilități (rampă, elevator, platformă), conform prevederilor legale. Amplasarea se face în zone accesibile populației, neexpuse riscurilor de inundații sau alunecărilor de teren.

538. Componenta minimă a unui cabinet sau a unei unități medicale mobile trebuie să includă:

538.1. sală de tratamente - minimum 6 m²;

538.2. spațiu de depozitare - minimum 1 m²;

538.3. compartiment pentru recoltarea probelor biologice, dacă este cazul;

538.4. aparatură pentru sterilizarea instrumentarului, dacă este cazul;

538.5. instrumentar medical corespunzător;

538.6. chiuvetă cu apă curentă caldă și rece;

538.7. sistem pentru lanțul frig: geantă izotermă cu termometru pentru transportul vaccinurilor și ladă frigorifică cu termometru pentru probele biologice, dacă este cazul.

539. Dotarea minimă obligatorie se stabilește în funcție de specialitatea medicală desfășurată, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

540. Sala de tratamente trebuie să fie organizată astfel încât să permită amplasarea echipamentelor specifice.

541. Compartimentul pentru recoltarea probelor trebuie:

541.1. să asigure spațiul necesar echipamentelor și personalului;

541.2. să permită desfășurarea activității simultane a două persoane în poziție verticală;

541.3. să reducă riscurile de rănire;

541.4. să fie dotat cu sistem de climatizare și cu ladă frigorifică conectabilă la sursă de 220 V.

542. În cazul în care nu se utilizează purificator de aer cu UV, sterilizarea trebuie efectuată într-un spațiu distinct. Dacă spațiul este minim, sterilizarea se efectuează doar când cabinetul este închis și decontaminat. În lipsa spațiului propriu de sterilizare, se permite contractarea unei unități autorizate, cu obligativitatea asigurării unui spațiu separat de depozitare pentru instrumentarul contaminat.

543. Autovehiculul utilizat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

543.1. etanșarea eficientă a tuturor deschiderilor împotriva infiltrării apei;

543.2. suprafețele interioare lavabile, rezistente la dezinfectanți, acizi, radiații, fără asperități;

543.3. interdicția utilizării mochetelor și tavanelor false poroase;

543.4. podele cu scurgeri și margini rotunjite la îmbinările cu pereții;

543.5. ventilație asigurată cu cel puțin 20 de înlocuiri de aer pe oră, în regim staționar;

543.6. sistem de răcire eficient pentru compartimentul de recoltare;

543.7. pentru cabinetele dotate cu echipamente radiologice, se vor obține avizele necesare privind amplasarea și funcționarea, respectând normele de radioprotecție și control individual al expunerii.

544. Cabinetele și unitățile medicale mobile trebuie să respecte următoarele cerințe igienico-sanitare:

544.1. asigurarea cu apă potabilă din surse conforme, verificată periodic;

544.2. asigurarea apei calde conform standardelor în domeniu;

544.3. racordarea la rețeaua de canalizare sau, în lipsa acesteia, dotarea cu rezervor pentru apele uzate;

544.4. colectarea, depozitarea și evacuarea deșeurilor medicale în conformitate cu Regulamentul sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2018, și cu un plan de minimizare a deșeurilor;

544.5. ventilație naturală și/sau artificială eficientă;

544.6. iluminare naturală și/sau artificială corespunzătoare;

545.7. limitarea zgomotului și asigurarea antifonării;

544.8. dotarea cu materiale pentru curățenie;

544.9. utilizarea exclusivă a dezinfectanților, antisepticelor și decontaminanților înregistrați/autorizați conform reglementărilor în vigoare;

544.10. asigurarea echipamentului de protecție pentru întregul personal, în conformitate cu Reglementarea tehnică privind echipamentele individuale de protecție, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2022.

[anexă](#)